Accu-Chek Insight Flex

Le dispositif de perfusion Accu-Chek Insight Flex est conçu pour la perfusion sous-cutanée d'insuline au moyen d'une pompe à insuline Accu-Chek Insight.



A Film adhésif
B Film de protection
C Corps de la canule
D Aiguille-guide
E Boîtier porte-aiguille
F Bouton
G Couvercle de déconnexion
H Tubulure

Lavez-vous soigneusement les mains avant d'utiliser le set de perfusion. Sélectionnez et désinfectez le site de perfusion conformément aux instructions fournies par votre médecin ou l'équipe médicale chargée de votre prise en charge.



Retirez les deux languettes du film de protection.

Appuyez sur le bouton jusqu'au déclic de verrouillage. L'aiguille-guide et la canule souple sortent du boîtier porte-aiguille.

Insérez le set de perfusion à un angle de 90°. Sélectionnez un site de perfusion éloigné de votre taille et ne placez pas le dispositif de perfusion à proximité d'un os, d'une cicatrice, du nombril et de sites de perfusion récents.



Appuyez fermement le film adhésif sur le site de perfusion et assurez-vous de son contact correct avec la peau.

Accu-Chek Insight Flex



Retirez le boîtier porte-aiguille avec l'aiguille-guide en laissant le film adhésif et le corps de la canule en place. L'aiguille-guide rentre automatiquement dans le boîtier porte-aiguille.



Fixez la tubulure à la pompe à insuline et purgez-la conformément aux instructions fournies avec la pompe à insuline. Assurez-vous de l'absence de bulles d'air.



Raccordez la tubulure purgée aux corps de la canule. Avant de reprendre le traitement par pompe à insuline, purgez le corps de la canule et la canule souple avec 0,7 U d'insuline.

Volume de purge pour canules et tubulures

Canule	Longueur:	6 mm	8 mm	10 mm
	Volume de purge:	0,7 U*	0,7 U*	0,7 U*
Tubulure	Longueur:	40 cm	70 cm	100 cm
	Volume de la purge:	9 U*	13 U*	17 U*

* insuline 100U

Pour obtenir des instructions détaillées et des informations importantes à propos de la sécurité, veuillez consulter les instructions qui accompagnent ce produit.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSIGHT et ACCU-CHEK INSIGHT FLEX sont de marques de Roche. © 2019 Roche

www.accu-chek.ch

Roche Diabetes Care (Suisse) SA
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz

ACCU-CHEK®