Accu-Chek® LinkAssist

Utilizzare l'applicatore Accu-Chek LinkAssist per inserire il set d'infusione Accu-Chek in mode facile e practicamente indolore perfino in siti d'infusione di difficile accesso.

A Pulsante di rilascio
B Sicura
C Tensionatore
D Vano di caricamento
E Base von impugnatura

Lavarsi bene le mani, prima di estrarre dalla confezione il set d'infusione. Premere il tensionatore dell'insertitore nella base.

Tenere il set infusionale tramite il capuccio di protezione dell'ago e, rivolgendo verso l'alto l'imugnatura blu, inserire dal basso il set infusionale nell'apertura dell'inseritore, fino a sentirne il blocco in posizione.



Ruotare e tirare per rimuovere il cappuccio di protezione trasparente.

Rimuovere entrambe le parti della pellicola adesiva dal cerotto autoadesivo.

Tenere saldamente con una mano la base dell'inseritore e tirare il tensionatore verso l'alto fino a fine corsa.

Roche



Sbloccare il fermo die sicurezza.



Posizionare l'applicatore sul sito d'infusione prescelto. Premere il pulsante di rilascio per inserire il set d'infusione. Rimuovere l'applicatore.



Esercitare una pressione decisa sul cerotto autoadesivo per farlo aderire bene alla cute nel sito di infusione.



Mantenendo in posizione il cerotto autoadesivo, premere delicatamente le alette laterali del sup-porto blu e rimuoverlo dall'alloggiamento della cannula.



Tenere l'alloggiamento della cannula saldamente attaccato al corpo. Utilizzare l'impugnatura per rimuovere in direzione perpendicolare l'ago guida.



Collegare il set di trasferimento riempito alla piastra di collegamento. Prima di riprendere la terapia con il microinfusore, utilizzare un bolo di insulina di 1,0 U per riempire l'alloggiamento della cannula e la cannula flessible.

Per istruzioni dettagliate e informazioni importanti sulla sicurezza consultare la documentazione di accompagnamento del prodotto.

Experience what's possible.

ACCU-CHEK e ACCU-CHEK LINKASSIST sono marchi di Roche. ©2017 Roche

www.accu-chek.ch
Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz

ACCU-CHEK®