Accu-Chek Insight Flex

Il set d'infusione Accu-Chek Insight Flex è indicato per la somministrazione sottocutanea d'insulina mediante il microinfusore per insulina Accu-Chek Insight.



A Cerotto adesivo
B Pellicola adesiva
C Alloggiamento della cannula
D Ago dell'introduttore
E Scatolina
F Pulsante
G Cappuccio di collegamento
H set di trasferimento (catetere)

Lavarsi bene le mani, prima di estrarre dalla confezione il set d'infusione. Scegliere il sito d'infusione e disinfettarlo secondo le istruzioni del medico o del personale paramedico.



Staccare entrambe le parti della pellicola adesiva dal cerotto adesivo.

Premere il pulsante fino all'arresto. L'ago dell'introduttore con la cannula flessibile scatta all'esterno.

Inserire il set d'infusione a 90°. Scegliere un punto lontano dalla linea di cintura, dalle prominenze ossee, da eventuale tessuto cicatriziale, dall'ombelico e dai siti di recenti iniezioni.



Premere con decisione il cerotto adesivo sul sito d'infusione, accertandosi che il contatto con la cute sia buono.

Accu-Chek Insight Flex



Rimuovere la scatolina con l'ago dell'introduttore, lasciando il cerotto adesivo e l'lloggiamento della cannula in situ. L'ago dell'introduttore ritorna automaticamente nella scatolina.



Collegare il set di trasferimento al microinfusore e attivarlo secondo le istruzioni fornite con il microinfusore. Accertarsi dell'assenza di bolle d'aria.



Collegare il set di trasferimento riempito all'alloggiamento della cannula. Prima di riprendere la terapia con microinfusore, riempire l'alloggiamento della cannula e la cannula flessibile con 0,7 U di insulina.

Quantità di ripieno per cannule e cateteri

Cannula	Lunghezza:	6 mm	8 mm	10 mm
	Volume di riempimento:	0,7 U*	0,7 U*	0,7 U*
Catetere	Lunghezza:	40 cm	70 cm	100 cm
	Volume di riempimento:	9 U*	13 U*	17 U*

* Insulina U100

Per istruzioni dettagliate e informazioni importanti sulla sicurezza consultare la documentazione di accompagnamento del prodotto.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSIGHT e ACCU-CHEK INSIGHT FLEX sono marchi di Roche. © 2019 Roche

www.accu-chek.ch

Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz

ACCU-CHEK®