

MEDICAL DEVICE NOTIFICATION CARD  
 MEDIZINPRODUKTEPASS  
 PASSEPORT DU DISPOSITIF MÉDICAL  
 CERTIFICATO DI VIAGGIO PER DISPOSITIVI MEDICI



**EN**

**I have diabetes** and I am using a medical device that is prescribed by my physician for continuously monitoring my glucose.

**The device** includes an electronic sensor that has been implanted in my upper arm, and an electronic transmitter worn on my arm over the sensor. The sensor and the transmitter communicate using wireless technology.

MRI scans are possible under conditions your doctor is aware of. Inform the staff at the MRI site that you wear an Eversense Sensor. The Sensor **does not** need to be removed from under the skin, the Smart Transmitter is MR unsafe and **must be removed** before undergoing an MRI procedure.

**It is safe** to take the **sensor and transmitter** through most airport and other security systems.

Follow local airport and airline rules and regulations regarding the use of electronic wireless devices during takeoff, landing and flight. The Eversense® CGM System is safe for use on commercial airlines. The Eversense Smart Transmitter is a Medical Portable Electronic Device (M-PED) with emission levels that meet FAA mandates for use in all modes while in flight.\*

\* FAA Advisory, Circular #21-16G, dated 6.22.11

**DE**

**Ich habe Diabetes** und verwende ein Medizinprodukt, das mir von meinem Arzt zur kontinuierlichen Überwachung meines Glukosespiegels verordnet wurde.

**Das Gerät** ist mit einem elektronischen Sensor ausgestattet, der in meinem Oberarm implantiert wurde, sowie mit einem elektronischen Transmitter, der auf meinem Oberarm direkt über dem Sensor befestigt ist. Sensor und Transmitter kommunizieren drahtlos.

MRI-Untersuchungen sind unter gewissen Umständen möglich. Fragen Sie Ihren Arzt. Sagen Sie den MRI-Mitarbeiter, dass Sie einen Eversense-Sensor tragen. Der Sensor **muss nicht** entfernt werden. Der Smart Transmitter **muss entfernt** werden.

**Sensor und Transmitter** können die meisten Sicherheitssysteme am Flughafen oder anderswo **gefahrlos** passieren.

Die lokalen Regeln und Vorschriften des Flughafens und der Fluggesellschaft bezüglich der Nutzung von elektronischen drahtlosen Geräten während Start, Landung und Flug sind zu beachten. Das Eversense® CGM System kann gefahrlos auf Flügen mit kommerziellen Fluggesellschaften verwendet werden. Der Eversense Smart Transmitter ist ein mobiles elektronisches Medizinprodukt (Medical-Portable Electronic Device, M-PED) mit einem Emissionsgrad, der die FAA-Vorschriften für die Verwendung in allen Betriebsarten während des Flugs erfüllt.\*

\* Rundschreiben Nr. 21-16G Flugaufsichtsbehörde FAA vom 22.06.2011



My prescribing physician name / Name des verordnenden Arztes /  
 Nom du médecin prescripteur / Nome del medico presrittore:

Phone number / Téléphone number / Numéro de téléphone:

Distributor name / Name des Vertriebspartners / Nom du partenaire de distribution /  
 Nome del distributore:

Roche Diabetes Care (Schweiz) AG

Phone number / Téléphone number / Numéro de téléphone / Numero di telefono:

+41 41 747 60 02

**FR**

**Je suis diabétique** et j'utilise un dispositif médical qui m'a été prescrit par mon médecin pour le contrôle de mon taux de glucose en continu.

**Ce dispositif** est doté d'un capteur électronique, qui a été implanté dans la partie supérieure de mon bras, et d'un transmetteur électronique, fixé sur la partie supérieure de mon bras directement au-dessus du capteur. Le capteur et le transmetteur communiquent sans fil.

Les examens RMN sont possibles dans certaines circonstances. Demandez à votre médecin, informez le technicien RMN que vous portez un capteur Eversense. Le capteur n'a pas besoin d'être retiré. Seul le smart transmetteur doit être retiré.

Les directives et règlements locaux de l'aéroport de sécurité à l'aéroport ou ailleurs. passer sans danger la plupart des systèmes de sécurité à l'aéroport ou ailleurs.

**IT**

**Sono affetto da diabete** e utilizzo un dispositivo medico per il monitoraggio continuo del livello di glucosio che mi è stato prescritto dal medico.

**Il dispositivo** che mi è stato impiantato nel braccio e da un trasmettitore elettronico fissato sul braccio direttamente sopra il sensore. Il sensore e il trasmettitore comunicano mediante tecnologia wireless.

Effettuare gli esami di risonanza magnetica in determinate circostanze possibili. Chieda al Suo medico, informi il tecnico della risonanza magnetica che è portatore del sensore Eversense. Il sensore **non** deve essere rimosso. Il trasmettitore esterno Smart deve essere rimosso.

Occorre rispettare le norme e prescrizioni locali dell'aeroporto e della compagnia aerea di volo. Il sistema CGM Eversense® può essere utilizzato senza pericolo sui voli delle compagnie aeree commerciali. Lo Smart Transmitter Eversense è un dispositivo medico elettronico portatile (Medical-Portable Electronic Device, M-PED) con un livello di emissioni che soddisfa i requisiti FAA per l'uso durante il volo in tutte le modalità di utilizzo.\*

\* Circolare n. 21-16G del 22.06.2011 dell'autorità di controllo dell'aviazione FAA

Les directives et règlements locaux de l'aéroport de sécurité à l'aéroport ou ailleurs. passer sans danger la plupart des systèmes de sécurité à l'aéroport ou ailleurs.

Les directives et règlements locaux de l'aéroport de sécurité à l'aéroport ou ailleurs.

