ACCU-CHEK® Guide

Roche

FR

POUR COMMENCER

GUIDE DE DÉMARRAGE

Pour trouver des applications de gestion du diabète compatibles avec votre lecteur, visitez www.accu-chek.com.

ACCU-CHEK®

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de lésions mortelles
Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation.

Risque de survenue d'un grave incident de santé
Ce guide de démarrage ne remplace pas le manuel d'utilisation de votre lecteur de glycémie Accu-Chek Guide. Le manuel d'utilisation fournit des consignes importantes à respecter en termes de manipulation ainsi que d'autres informations.

Risque d'infection
Au cours du prélèvement d'une goutte de sang, l'autopiqueur et l'embout peuvent entrer en contact avec du sang. L'autopiqueur est réservé exclusivement à l'usage personnel.

REMARQUE

- Ayez toujours des piles de rechange en réserve.
- La durée de vie des piles peut varier en raison de facteurs tels que la température et le fabricant.

Vue d'ensemble



1. Écran
2. Touche Précédent
3. Touches Haut et Bas
4. Touche Marche/Arrêt/Réglage/OK
5. Fente d'insertion de la bandelette réactive avec éclairage
6. Couvercle du compartiment des piles
7. Micro-port USB
8. Éjecteur de bandelette réactive

Réglage de la langue et du format de l'heure

1

Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur la touche **Language** (langue) s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche ou pour mettre en surbrillance la langue souhaitée. Appuyez sur la touche

2

Format heure s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche ou pour mettre en surbrillance **12 heures** (am/pm) ou **24 heures**. Appuyez sur la touche pour confirmer l'option et retourner au **Menu principal**.

Préparation de l'autopiqueur

1

Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'autopiqueur Accu-Chek FastClix et de la cartouche de lancettes.

Remarque : Chaque cartouche de lancettes contient 6 lancettes stériles. Vous pouvez effectuer 6 mesures avant de remplacer la cartouche de lancettes.

2

Retirez l'embout de l'autopiqueur en tirant dessus. Ne cherchez pas à visser ou dévisser l'embout.

Remarque : N'insérez pas une cartouche de lancettes tout en appuyant simultanément sur le bouton de déclenchement. N'insérez pas une cartouche de lancettes alors que le bouton de déclenchement est posé sur une surface, telle qu'une table. Vous risqueriez de déclencher une lancette et de vous piquer accidentellement.

3

Insérez la cartouche de lancettes par son extrémité blanche dans l'autopiqueur. Poussez la cartouche de lancettes à fond ; un clic confirme son bon positionnement.

Remarque : Ne retirez pas la cartouche de lancettes tant que les 6 lancettes n'ont pas été utilisées ; il n'est en effet pas possible de la réemployer une fois extraite de l'autopiqueur.

4

Replacez l'embout sur l'autopiqueur. Assurez-vous que l'encoche de positionnement de l'embout coïncide avec la partie saillante de l'autopiqueur.

5

Réglez la profondeur de piqûre de la lancette pour réduire au minimum la sensation d'inconfort éprouvée lors de la piqûre. Commencez sur 2. Pour une peau épaisse, réglez sur un chiffre plus élevé.

Lorsque vous êtes prêt pour la mesure...

Utilisation de l'autopiqueur : appuyez sur le bouton de déclenchement de l'autopiqueur pour armer et piquer, cela en 1 seul clic.

Réalisation d'une mesure de glycémie

1

Lavez-vous et séchez-vous les mains avant d'effectuer une mesure de glycémie.

2

Vérifiez la date de péremption sur le tube de bandelettes réactives. N'utilisez pas de bandelettes réactives périmées.

3

Retirez une bandelette réactive du tube de bandelettes réactives. Puis refermez-le correctement.

4



Insérez l'extrémité métallique de la bandelette réactive dans le lecteur.

Le lecteur s'allume. **Préparation de mesure** s'affiche à l'écran.

5

Appuyez fermement l'autopiqueur sur le côté de l'extrémité du doigt et enfoncez entièrement le bouton de déclenchement afin de ponctionner le doigt.

6

Mettez l'**extrémité jaune** de la bandelette réactive en contact avec la goutte de sang obtenue. Ne déposez pas de sang sur le dessus de la bandelette réactive.

7

Retirez votre doigt de la bandelette réactive lorsque **Mesure en cours** s'affiche à l'écran.

Le résultat glycémique s'affiche à l'écran en moins de 4 secondes.

Et avant de terminer...

Préparez l'autopiqueur pour la mesure de glycémie suivante. Faites avancer la lancette suivante en faisant coulisser le levier vers l'avant puis en le ramenant vers l'arrière. Le nombre de lancettes restantes apparaît dans la fenêtre située sur l'autopiqueur.

MISE À JOUR : 2021-07

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0123

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE et FASTCLIX sont des marques de Roche.

© 2021 Roche Diabetes Care

07545835061A-1021
07545835061(01)-1021

ACCU-CHEK® Guide

Roche

NL

BEGIN HIER

BEKNOPTE GEBRUIKSAANWIJZING

Voor diabetesmanagement apps die compatibel zijn met uw meter kunt u www.accu-chek.com raadplegen.

ACCU-CHEK®

⚠ WAARSCHUWING

Risico van levensbedreigende verwondingen
Houd nieuwe en gebruikte batterijen weg van kinderen. Voor meer informatie, zie de gebruiksaanwijzing.

Risico van een ernstig gezondheidsincident
Deze beknopte gebruiksaanwijzing dient niet als vervanging van de gebruiksaanwijzing van uw Accu-Chek Guide-bloedglucosemeter. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke aanwijzingen voor de bediening en aanvullende informatie.

Infectiegevaar
Tijdens het verkrijgen van een bloeddruppel kunnen de prikpen en het dopje met bloed in aanraking komen. De prikpen is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat u altijd een set reservebatterijen bij de hand heeft.
- De capaciteit van de batterijen hangt mede samen met factoren als de temperatuur en de fabrikant van de batterijen.

Overzicht



1. Display
2. Terug-toets
3. Naar boven- en naar beneden wijzende pijltjestoetsen
4. Aan/Uit/Set/OK-toets
5. Uitsparing met licht voor een teststrip
6. Deksel van het batterijencompartiment
7. Micro-USB-poort
8. Uitwerpmechanisme voor de teststrip

Instellen van de taal en de tijdweergave

1

Zet de meter aan door kort op ⏻ te drukken. **Language** (taal) wordt op de display weergegeven. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste taal te markeren. Druk op ⏻.

2

Tijdweergave wordt op de display weergegeven. Druk op ▲ of ▼ om **12 uur** (am/pm) of **24 uur** te markeren. Druk op ⏻ om de optie in te stellen en terug te keren naar het **Hoofdmenu**.

Instellen van de prikpen

1

Maak uzelf vertrouwd met de Accu-Chek FastClix-prikpen en de lancettenhouder.

Opmerking: Iedere lancettenhouder bevat 6 steriele lancetten. U kunt 6 metingen uitvoeren voordat de lancettenhouder moet worden vervangen.

2

Verwijder het dopje van de prikpen door dit recht van de prikpen af te trekken. Het dopje niet van de prikpen afdraaien.

Opmerking: Druk tijdens het plaatsen van een lancettenhouder niet op de prikknop. Laat de prikknop tijdens het plaatsen van een lancettenhouder niet op een oppervlak, zoals b.v. een tafelblad, rusten. Anders bestaat de mogelijkheid dat er een lancet wordt ontspannen, waardoor u ongewild zou kunnen worden geprikt.

3

Plaats de lancettenhouder, met het witte uiteinde eerst, in de prikpen. Duw de lancettenhouder zo ver mogelijk in de prikpen tot deze hoorbaar op zijn plaats vastklikt.

Opmerking: Verwijder de lancettenhouder pas als alle 6 lancetten zijn gebruikt, aangezien de lancettenhouder niet opnieuw kan worden gebruikt, nadat deze uit de prikpen is verwijderd.

4

Plaats het dopje weer op de prikpen. Zorg ervoor, dat de uitsparing in het dopje op één lijn ligt met de uitstulping op de prikpen.

5

Stel de prikdiepte in op een dragelijke prikdiepte. Begin met 2. Voor een dikkere huid, moet u een hogere stand instellen.

Als u gereed bent voor een meting…

Gebruik van de prikpen: door op de prikknop te drukken, wordt de prikpen gespannen en wordt er met 1 klik in uw vinger geprikt.

Uitvoeren van een bloedglucosemeting

1

Was uw handen en droog ze goed af, voordat u een bloedglucosemeting uitvoert.

2

Controleer de vervaldatum op de flacon teststrips. Gebruik geen teststrips waarvan de vervaldatum is overschreden.

3

Neem een teststrip uit de flacon teststrips. Sluit de flacon direct hierna weer goed af met de dop.

4



Voer het metaalachtige uiteinde van de teststrip in de meter in.

De meter start automatisch. **Voorbereiden** wordt op de display weergegeven.

5

Druk de prikpen stevig tegen de zijkant van uw vingertop en druk de prikknop geheel in om in uw vinger te prikken.

6

Houd de **gele rand** van de teststrip tegen de bloeddruppel. Breng geen bloed op aan de bovenkant van de teststrip.

7

Haal uw vinger van de teststrip weg als **Analyseren** wordt weergegeven.

Het meetresultaat verschijnt binnen 4 seconden op de display.

Voor u alles opbergt…

Maak de prikpen gereed voor de volgende meting. Beweeg het hendeltje eenmaal heen en weer om het volgende lancet gereed te maken. Het weergavevenster laat het aantal nog beschikbare lancetten zien.

DATUM VAN UITGIFTE: 2021-07

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE en FASTCLIX zijn merken van Roche.

© 2021 Roche Diabetes Care

07545835061A-1021
07545835061(01)-1021

CE 0123