RocheDiabetes Care Platform

Instructions d’utilisation v2.9

Dernière mise à jour : 10-2023

Informations sur le produit v2.9

Généralités

Ces informations sont valides pour :

Logiciel RocheDiabetes Care Platform, version 2.9

Logiciel d'application de gestion du diabète

Explication des symboles

Ces symboles peuvent apparaître dans le portail en ligne ou dans le manuel d'utilisation.

Attention, se référer aux consignes de sécurité figurant dans les instructions d'utilisation du produit.

MD

Dispositif médical

UDI

Identification unique du dispositif

Fabricant
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
Germany

Date de fabrication

CH REP

& Importateur
Roche Diabetes Care (Schweiz)
AG Forrenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Suisse
Numéro de téléphone 0800 803 303
info@accu-chek.ch

CE 0123

Conforme aux dispositions de la législation européenne applicable

Consulter les instructions d'utilisation en format électronique

Utilisation prévue

RocheDiabetes Care Platform

RocheDiabetes Care Platform (RDCP) est une application logicielle pour les professionnels de santé et les personnes diabétiques.

RDCP est conçue pour aider au traitement du diabète. L'outil de gestion des informations aidera les professionnels de santé, les personnes diabétiques et les aides-soignants à surveiller, organiser et visualiser en un coup d'œil les informations relatives à leurs patients et leurs données associées au diabète.

RDCP est destinée à être utilisée à la maison ou dans les établissements de santé.

Indications d'utilisation

RDCP permet d'aider les professionnels de santé et les diabétiques à gérer et à visualiser les données associées au diabète (par ex. les données de glycémie, HbA1c et CGM).

Contre-indications

Cet outil n'est pas conçu pour que les diabétiques modifient leur traitement ou prennent des décisions sans consulter ou demander le consentement d'un professionnel de santé.

Gestion des visites et communication

L'application de Gestion des visites et communication est une application web créée pour RocheDiabetes Care Platform. Elle vise à gérer les informations relatives aux rencontres entre les professionnels de santé et leurs patients et fournit des canaux de communication entre ces derniers.

Précautions, avertissements et remarques

La RocheDiabetes Care Platform met en avant les informations suivantes de manière spécifique :

AVERTISSEMENT

Un **AVERTISSEMENT** indique un risque grave prévisible.

PRÉCAUTION

Une **PRÉCAUTION** décrit une mesure que vous devez prendre pour utiliser le produit de manière sûre et efficace ou pour prévenir toute détérioration du produit.

REMARQUE
Une **REMARQUE** attire votre attention sur des informations importantes afin de vous aider à utiliser le produit de manière optimale.

Précautions, avertissements et remarques

PRÉCAUTION

Risque de retard d'ajustement du traitement ou d'ajustement incorrect du traitement
Certaines applications externes ne partagent pas toutes leurs données avec ce logiciel.
Lorsque les données provenant des applications sont transférées au logiciel, assurez-vous que toutes les données sont présentes avant d'utiliser le logiciel pour analyser les données et décider des traitements à mettre en place. Un manque de données peut entraîner une mauvaise interprétation et donc de mauvaises décisions de traitement.

REMARQUE
Les valeurs HI/LO en dehors de l'intervalle de mesure des dispositifs ne sont pas représentées dans la version actuelle de l'application.

Informations importantes

Toutes les mesures ont été mises en œuvre pour garantir la véracité des informations contenues ici au moment de la publication. Néanmoins, Roche Diabetes Care se réserve le droit d'apporter les modifications jugées nécessaires sans avis préalable dans le cadre du processus de développement de produit.

Les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour obtenir des précisions sur les fonctionnalités disponibles dans votre région, veuillez contacter le service clients de votre pays.

Tous les dispositifs ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Signalement d'incidents graves

Pour un patient/utilisateur/tiers au sein de l'Union Européenne et au sein de pays disposant d'un régime réglementaire identique ; en cas de survenue d'un incident grave au cours de l'utilisation du présent dispositif ou suite à son utilisation, veuillez en informer le fabricant et votre autorité nationale.

Protection des données

Chez Roche Diabetes Care GmbH (« Roche »), nous nous engageons à protéger vos informations personnelles. Notre Déclaration de confidentialité décrit les types d'informations personnelles que Roche peut recueillir, les moyens par lesquels Roche peut recueillir, utiliser ou partager vos informations personnelles, les mesures prises par Roche pour protéger vos informations personnelles et les choix qui vous sont offerts quant à l'utilisation de vos informations personnelles.

Vous pouvez afficher notre Déclaration de confidentialité depuis l'assistance du menu du centre d'aide.

Icônes

Ces informations sont valides pour le logiciel RocheDiabetes Care Platform, version 2.9

Toutes les mesures ont été mises en œuvre pour garantir la véracité de ces informations au moment de la publication. Néanmoins, Roche Diabetes Care se réserve le droit d'apporter les modifications jugées nécessaires sans avis préalable dans le cadre du processus de développement de produit.

Icônes générales

Accueil	Ajouter un nouveau patient	Données insuffisantes
Stock	Profil de professionnel de santé	Journal
Charger données	Carnet	Journal sur 24 h
Aide	Détails	Paramètres RPM
Informations	Tendance	Avertissements et précautions
Informations supplémentaires	Développer	Actions
Sélecteur de calendriers	Réduire	Exporter le rapport de facturation
Aucune donnée disponible	Menu déroulant	Envoyer DME

Icônes de graphique de tendance

- Glycémie
- Relier les points
- Objectif glycémique
- Hypoglycémie
- Glyc. après le repas
- Symptômes Hypo
- Glyc. avant le repas
- Limite Hypo
- Glycémie moyenne

Icônes de taux métabolique

- Glycémie moyenne / ET moyen
- Glycémie moyenne / ET
- 1 ET / 2 ET
- Limite Hypo
- Objectif glycémique

Icônes de journal

- Nuit
- Heure du coucher
- Avant le repas
- Après repas

Icônes de statut

- Succès
- Avertissement
- Statut stock
- Données insuffisantes

Icônes de bolus

- Bolus standard
- Marche
- Hausse DBT
- Bolus rapide
- Arrêt
- Diminution DBT
- Bolus carré
- Insuline
- Pause
- Bolus mixte
- Glucides
- Débit de base

Configuration requise

Logiciel d'application de gestion du diabète

RocheDiabetes Care Platform est compatible avec les navigateurs suivants :

Chrome sous Windows75.0.3770.142

Chrome sous macOS75.0.3770.142

Edge sous Windows 1011

Safari / OSX Mojave (10.14.4)12.1.1

Résolution d'écran minimum 1024 × 768 et couleurs 16 bits

Mentions légales

Roche Diabetes Care GmbH

Sandhofer Strasse 116 ;
D-68305 Mannheim ;
Téléphone +49- 621- 759- 0 ;
Fax +49- 621- 759- 2890 ;
mannheim.allgemein@roche.com

Siège de la société : Mannheim
Tribunal de commerce : AG Mannheim HRB 720251
Direction : Michael Goetzl
Président du Conseil d'administration : Dr. Thomas Schinecker

Autorités de contrôle :

Conseil régional de Karlsruhe
Bureau de Heidelberg
Referat 54.1 Industrie
Waldhofer Straße 100
69123 Heidelberg

N° de TVA : DE 297138554

Ligne réservée à la marque

ROCHEDIABETES, ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT, ACCU-CHEK AVIVA NANO, ACCU-CHEK AVIVA SOLO, ACCU-CHEK COMBO, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK GO, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK GUIDE ME, ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK NANO, ACCU-CHEK PERFORMA, ACCU-CHEK PERFORMA COMBO, ACCU-CHEK PERFORMA CONNECT, ACCU-CHEK PERFORMA EXPERT, ACCU-CHEK PERFORMA INSIGHT, ACCU-CHEK PERFORMA NANO, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK SOLO, ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, ACCU-CHEK 360°, D-TRONPLUS, MYSUGR et VOICEMATE sont des marques de Roche.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées du groupe Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Roche est soumise à un contrat de licence.

Tous les autres noms de produits et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2023 Roche Diabetes Care

Guide de démarrage

À propos de la plate-forme

La RocheDiabetes Care Platform est un outil d'aide à la décision destiné aux professionnels de santé, qui leur permet de visualiser les données de santé en un coup d'œil et de faciliter la gestion du diabète des patients.

Pour plus d'informations sur les différents onglets et sections, cliquez sur les icônes ⓘ qui s'affichent sur la plate-forme. Pour plus d'informations sur la RocheDiabetes Care Platform, y compris une liste des icônes utilisées, consultez la section Informations sur le produit dans le menu du Centre d'aide.

Naviguer sur la plate-forme

Barre de navigation

Vous pouvez accéder à la plupart des actions et sections principales de la plate-forme à partir de la barre de navigation horizontale qui se trouve en haut de l'écran.

Pour accéder aux fonctions générales de la plate-forme, ouvrez le menu Actions à gauche du nom de votre profil. Vous pouvez alors :

- Ajouter un nouveau patient
- Ajouter un professionnel
- Gérer le centre de stockage
- Charger données
- Exporter le rapport de facturation
- Configurer les paramètres du programme RPM
- Impression et téléchargement

Pour revenir à l'écran d'accueil, cliquez sur le logo à gauche de la barre de recherche ou sur l'icône d'accueil.

Pour rechercher un patient, saisissez son nom ou son ID dans la barre de recherche.

Pour organiser votre liste de patients dans la Gestion des patients par type de dispositif, basculez entre les onglets BGM et CGM. Les patients qui utilisent plusieurs types de dispositifs apparaîtront dans les deux listes.

Pour afficher les informations relatives à la BGM, à la CGM ou aux modèles d'un patient sélectionné, basculez entre les onglets correspondants qui s'affichent sur la barre de navigation supérieure de la Vue patient. Les onglets qui s'affichent dépendent du dispositif de patient et si des fonctionnalités sont activées dans le centre de soin.

Pour générer un rapport de Dossier médical électronique (DME) et l'envoyer au système DME de votre centre, cliquez sur l'icône Envoyer DME à gauche de l'icône d'accueil, à partir de la Vue patient.

Pour ouvrir le centre d'aide pour les ressources d'information et d'assistance, cliquez sur l'icône de point d'interrogation.

Pour ouvrir le centre de notification, cliquez sur l'icône de cloche. En cas de nouvelles notifications, un badge affiche l'icône.

Pour gérer votre profil, cliquez sur le nom de votre profil à l'extrémité de la barre de navigation. Une fenêtre s'ouvre, à partir de laquelle vous pouvez choisir :

- Éditer le profil.

- Modifier le mot de passe.

- Modifier les objectifs glycémiques par défaut qui s'appliqueront à tous les futurs patients.

Barre Profil patient

Une fois que vous avez sélectionné un patient dans la liste de votre écran d'accueil, vous arrivez à la Vue patient.

Une barre horizontale affiche des informations générales sur le patient sélectionné en haut de la Vue patient, sous la barre de navigation.

Pour accéder aux actions du menu Paramètres patient, cliquez sur la liste déroulante située à côté du nom du patient.

Pour sélectionner la période pour les informations qui s'affichent, sélectionnez un intervalle prédéfini de 7, 14 ou 28 jours, ou personnalisez-le avec le calendrier.

Cliquez sur les flèches de chaque côté de la sélection de la date pour vous déplacer en avant ou en arrière dans le temps, selon la période que vous avez sélectionnée.

REMARQUE
Certaines de ces fonctions sont facultatives et ne s'afficheront que si elles sont disponibles dans votre pays et activées dans votre centre.

Écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez :

- afficher une liste de vos patients, avec les informations personnelles et sanitaires qui les identifient.

- rechercher des patients dans votre centre.

- ajouter un nouveau patient.

Une barre de navigation s'affiche horizontalement en haut de l'écran. Voir la section Naviguer sur la plate-forme pour plus de détails.

Gestion des patients

Si la gestion des patients est activée dans votre centre, l'écran d'accueil affiche également un résumé des données des 14 derniers jours téléchargées à partir du lecteur de glycémie ou du dispositif de CGM de chaque patient.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes à partir de l'écran d'accueil :

- Pour organiser la liste des patients en fonction du dispositif qu'ils utilisent, basculez entre les onglets BGM et CGM en haut de l'écran. Les patients qui utilisent les deux dispositifs apparaîtront dans les deux listes.

- Pour rechercher un patient, saisissez son nom ou son ID dans la barre de recherche en haut de l'écran.

- Pour affiner votre recherche par catégorie, cliquez sur Filtres. Sélectionnez les cases à cocher et cliquez sur Rechercher maintenant. Cliquez sur Effacer tous les filtres à droite du bouton Filtres pour supprimer tous les filtres.

- Pour modifier le nombre de patients qui s'affichent par page, cliquez sur le menu déroulant Résultats par page au-dessus de la liste des patients.

- Pour modifier l'ordre dans lequel les informations s'affichent, cliquez sur le menu déroulant Trier par. Sélectionnez l'option de tri préférée et utilisez les flèches haut/bas à droite pour les organiser par ordre croissant ou décroissant.

- Pour ajouter un nouveau patient, cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau patient en haut à droite de l'écran.

- Pour accéder à des informations supplémentaires, cliquez sur la flèche déroulante au bout de chaque ligne de patient.

- Pour afficher des données plus détaillées sur un patient spécifique, cliquez sur son nom. Vous serez redirigé vers la Vue patient. À partir de là, vous pouvez également effectuer des actions supplémentaires liées au patient.

Suivi à distance du patient

Si le programme de suivi à distance du patient (RPM) est activé dans votre centre et que le patient est intégré au programme, la colonne Info patient dans Gestion des patients affiche :

- une étiquette RPM.

- un lien Ajouter note pour créer une note sur ce patient. L'icône de notification à droite affiche un badge bleu s'il y a des notifications d'inscription non lues.

Pour intégrer un patient au programme RPM à partir de Gestion des patients :

1. Cliquez sur la flèche déroulante au bout de la ligne.

2. Cliquez sur le bouton Intégrer patient qui s'affiche sous Programme RPM.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section Suivi à distance du patient de ce guide de démarrage.

Voir un patient

La RocheDiabetes Care Platform affiche les données des patients téléchargées à partir de leurs dispositifs dans de multiples formats et contextes afin que vous puissiez contrôler et analyser leur diabète en détail.

Si Gestion des patients est activé dans votre centre, vous pouvez afficher la liste de vos patients à partir de l'écran d'accueil, avec les informations personnelles et les informations sur la santé qui les identifient et un résumé des données téléchargées au cours des 14 derniers jours à partir du dispositif de mesure de glycémie ou de CGM de chaque patient.

Rechercher un patient

Pour rechercher un patient, saisissez son nom ou son ID dans la barre de recherche en haut de l'écran.

Une fois que vous avez sélectionné un patient dans la liste de votre écran d'accueil, vous arrivez à la Vue patient.

Vue patient

La Vue patient affiche toutes les données téléchargées depuis le dispositif d'un patient, réparties de manière pratique en différents onglets.

Pour afficher les informations sur la BGM, la CGM ou les modèles du patient, passez d'un onglet à l'autre dans la barre de navigation supérieure. Les onglets qui s'affichent dépendent du dispositif de patient et si des fonctionnalités sont activées dans le centre de soin.

Si le patient est intégré au programme de suivi à distance du patient (RPM), un volet latéral avec des fonctionnalités de soins du patient s'affiche sur le côté droit.

Barre Profil patient

Une barre horizontale affiche des informations générales sur le patient sélectionné en haut de la Vue patient, sous la barre de navigation.

Pour accéder aux actions du menu Paramètres patient, cliquez sur la liste déroulante située à côté du nom du patient. Vous pouvez alors :

- modifier les informations personnelles et les informations sur la santé du patient.
- personnaliser les quatre plages horaires de la journée du patient.
- modifier les objectifs glycémiques du patient.
- visualiser tous les dispositifs synchronisés avec le patient.

Pour sélectionner la période pour les informations qui s'affichent, sélectionnez un intervalle prédéfini de 7, 14 ou 28 jours, ou personnalisez-le avec le calendrier. Cliquez sur les flèches de chaque côté de la sélection de la date pour vous déplacer en avant ou en arrière dans le temps, selon la période que vous avez sélectionnée.

REMARQUE
Certaines des fonctions de la vue patient sont facultatives et ne s'afficheront que si elles sont disponibles dans votre pays et activées dans votre centre.

Chargement de données à partir d'un dispositif

Vous pouvez charger les données sur la santé vers le compte d'un patient à partir d'un dispositif connecté.

- **Pour les dispositifs Accu-Chek avec USB**, chargez les données du dispositif directement depuis la plate-forme avec le plug-in Device Link.

- **Pour les dispositifs Accu-Chek avec infrarouge et les dispositifs tiers**, utilisez le logiciel Device Link pour charger les données et les synchroniser avec la plate-forme.

Cliquez sur le bouton Charger données de la barre de navigation et sélectionnez l'option souhaitée. Suivez les instructions à l'écran ou cliquez sur ⓘ pour obtenir plus d'informations.

Installer le logiciel Device Link

Si vous n’avez pas encore installé le logiciel Device Link, cliquez sur Télécharger Device Link. Exécutez ensuite le fichier téléchargé.

- Si vous utilisez Windows,

suivez les instructions affichées à l’écran et cliquez sur Installer. Pendant la configuration de Device Link, deux composants sont automatiquement installés :

1. Le plug-in Sinovo Connection Center, qui permet de télécharger des données à partir d'autres dispositifs pris en charge par le produit et de créer un dossier d'importation sur votre bureau pour le chargement automatique des fichiers.

2. Le logiciel Accu-Chek® 360° Connection Manager, qui doit être exécuté pour que l’application Device Link puisse communiquer avec les dispositifs USB.

Lorsque Device Link est installé et en cours d’exécution, des icônes s’affichent dans la zone de notification (barre d’état système) dans la barre des tâches ou sur le bureau de votre ordinateur. Ces icônes indiquent l’état de l’application et l’action à exécuter, le cas échéant.

- Si vous utilisez macOS,

saisissez le mot de passe de votre ordinateur pour autoriser la configuration de Device Link. Ensuite, suivez les instructions à l'écran et cliquez sur Installer.

L'application sera automatiquement lancée une fois le processus d'installation terminé, et chaque fois que vous redémarrerez votre système.

Device Link est représenté par une icône dans la barre d’application supérieure. Cliquez sur l’icône pour ouvrir le logiciel.

REMARQUE
Si vous ne disposez pas du plug-in Sinovo et que vous souhaitez l’avoir, veuillez contacter votre administrateur système ou le service clients de votre pays.

Impression et téléchargement de rapports

Depuis le menu Actions, vous pouvez créer, imprimer et télécharger des rapports pour un patient.

1) Sélectionnez la période à partir du calendrier de profil patient.

2) Depuis la barre de navigation, cliquez sur l’icône de menu Actions et sélectionnez Impression et téléchargement.

3) Sélectionnez le contenu :

- Rapport médical du patient

- Journal

- Paramètres du dispositif

4) Cliquez sur « Suivant » pour générer le rapport. Cela peut prendre jusqu’à 8 secondes. Une fois que le rapport est prêt, une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de visualiser le rapport.

5) En haut à droite de l'écran, cliquez sur l'icône correspondante pour imprimer ou télécharger le rapport.

REMARQUE
Les rapports téléchargés sont stockés dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur.

Suivi à distance du patient

Le Suivi à distance du patient est une fonction conçue pour améliorer la communication entre les professionnels de santé et les patients.

Vous pouvez surveiller les patients intégrés dans le RPM en un clin d'œil, ou bien consulter des informations détaillées, ainsi que le niveau de respect des exigences du programme par le patient.

RPM vous permet également de créer des notes et commentaires, de les partager avec un patient (au besoin) et de les exporter au format PDF.

Pour accéder aux notes et commentaires sur les soins du patient, ouvrez le volet latéral bleu dans la Vue patient.

Intégrer un patient au programme RPM

Pour intégrer un patient, le programme RPM doit être disponible dans votre centre.

Pour intégrer un patient, trois options sont disponibles :

- Depuis l'écran Ajouter un nouveau patient, cochez la case pour le programme RPM.

- Depuis l'écran Gestion des patients, cliquez sur la flèche située au bout de la ligne Info patient du patient que vous souhaitez intégrer et cliquez sur Intégrer patient.

- Depuis la Vue patient, sélectionnez Éditer paramètres patient sous le menu Paramètres patient.

REMARQUE
Cette fonction facultative ne s'affichera que si elle est disponible dans votre pays ou si elle est activée dans votre centre.

Dossier médical électronique

La RocheDiabetes Care Platform peut s'intégrer au dossier médical électronique (DME) de votre centre pour échanger des données sur les patients.

L'intégration envoie automatiquement toutes les nouvelles données sur la glycémie téléchargées vers le système DME.

Pour générer un rapport DME et l'envoyer au système DME de votre centre, cliquez sur l'icône d'envoi du DME sur la barre de navigation de la Vue patient.

Vous pouvez accéder au rapport et l'imprimer depuis le système DME de votre centre.

En dehors des informations liées aux options de la plate-forme, seul le système d'information hospitalier (SIH) peut créer et modifier les informations du profil du patient et du professionnel de santé.

REMARQUE
Cette fonction facultative ne s'affichera que si elle est disponible dans votre pays ou si elle est activée dans votre centre.

Suivi du temps de soins du patient

Le suivi du temps documente le temps passé sur les soins du patient dans la plate-forme.

Un minuteur sous le nom du patient démarre lorsque vous arrivez sur la Vue patient du patient sélectionné. Lorsque vous quittez la Vue patient, le minuteur s'arrête, la visite se termine puis elle est enregistrée.

Pour ajouter des informations supplémentaires sur la visite, cliquez sur le minuteur.

Pour consulter les rapports sur les soins du patient de ces visites, accédez à la rubrique Notes du volet latéral. Une étiquette Rapport s'affiche sur les entrées qui représentent des visites de Soins du patient.

Pour exporter un PDF à partir de ces rapports ou de toute autre remarque/commentaire, cliquez sur les boutons de téléchargement correspondants dans Notes et rapports.

Pour exporter un rapport de facturation contenant les informations recueillies à partir du Suivi du temps pour toutes les visites de votre patient, cliquez sur Exporter le rapport de facturation pour une période spécifique dans le menu Actions de la barre de navigation.

La période par défaut correspond aux 14 derniers jours. Pour sélectionner une période différente pour le rapport de facturation dans les 365 derniers jours, sélectionnez un intervalle prédéfini de 7, 14 ou 28 jours, ou personnalisez l'intervalle au moyen du calendrier. Cliquez sur les flèches de chaque côté de la sélection de la date pour vous déplacer en avant ou en arrière dans le temps, selon la période que vous avez sélectionnée.

REMARQUE
Cette fonction facultative ne s'affichera que si elle est disponible dans votre pays ou si elle est activée dans votre centre.

Répartition du taux de glycémie

Cet onglet affiche les valeurs de glycémie sous forme de pourcentage dans, au-dessus ou sous les objectifs glycémiques sur un graphique à barres disposant d'un code couleur.

Pour modifier les limites de l'objectif glycémique :

1. Cliquez sur la flèche située à côté du nom du patient pour accéder au menu Paramètres patient.
2. Sélectionnez les objectifs glycémiques.
3. Modifiez la glycémie et les modèles, les objectifs glycémiques multiples pour avant le repas, après le repas et à l'heure du coucher.

Toutes les limites peuvent être modifiées, sauf la limite hypo, qui doit rester la même pour les périodes avant le repas, après le repas et l'intervalle idéal nocturne.

Statut

Cet onglet Statut est un résumé de base des résultats de test prenant en compte les paramètres suivants :

Risque d'hypoglycémie

Représente la fréquence, et, par conséquent, le risque de résultats glycémiques trop faibles. Le risque d'hypoglycémie est mesuré à l'aide du calcul de l'indice glycémique bas (IGB). L'objectif consiste a obtenir la valeur la plus basse possible :

Vert - faible risque d'hypoglycémie (0 à 2,5)

Orange - risque d'hypoglycémie modéré (2,6 à 4,9)

Rouge - risque d'hypoglycémie élevé (au-delà de 5)

Le risque d'hypoglycémie peut uniquement être calculé si l'un des critères suivants est respecté :

- Il y a 28 mesures de glycémie par chargement de données, indépendamment de la période sélectionnée.

- Il y a 6 mesures par jour pendant au moins 3 jours consécutifs, lorsque la période sélectionnée est de 21 jours ou moins.

Glycémie moyenne

Il s'agit de la moyenne arithmétique de toutes les valeurs de glycémie. Le statut affiché n'est plus vert lorsque la valeur est située en dehors de l'objectif glycémique préétabli.

Vert - dans l'objectif glycémique

Orange - en dehors de l'objectif glycémique

Rouge - nettement en dehors de l'objectif glycémique

La glycémie moyenne peut uniquement être calculée si au moins 2 mesures sont présentes dans la période sélectionnée.

Variabilité

La variabilité est calculée à partir de l'écart-type (ET) ou de la variance des résultats analysés. Le statut est défini à titre d'écart-type relatif lié à la glycémie moyenne :

Vert - 0 % à 36 % de la glycémie moyenne (variabilité stable)

Rouge - Au-delà de 36 % de la glycémie moyenne (variabilité instable)

La variabilité peut uniquement être calculée si au moins 2 mesures sont présentes dans la période sélectionnée.

Pour accéder aux détails et options supplémentaires, cliquez sur la double flèche en haut à droite de cet onglet pour l'agrandir.

Depuis cette vue agrandie, les statistiques glycémiques s'affichent en plus du statut glycémique. Les cercles colorés indiquent le degré de variabilité par rapport aux valeurs cibles. En cas de données insuffisantes, les cercles sont gris.

Pour afficher les détails par intervalles hebdomadaires, mensuels et trimestriels, cliquez et sélectionnez l'une des options du menu déroulant de calendrier.

REMARQUE
Les hypos sont catégorisées comme étant faibles et très faibles selon les valeurs prédéterminées établies dans les objectifs glycémiques.

Hypoglycémie

Cet onglet fournit des informations liées aux épisodes d'hypoglycémie d'un patient. Il indique :

- le nombre total d'hypos.

- le nombre total de valeurs faibles et leur moment d'apparition.

- le nombre total de valeurs très faibles et leur moment d'apparition.

REMARQUE
Les hypos sont également catégorisées comme faibles et très faibles selon les objectifs glycémiques établis pour ce patient.

Statistiques

Cet onglet affiche :

- moyenne des tests par jour.

- nombre total de tests lors de la période sélectionnée.

- écart-type.

Si l'onglet indique qu'aucune donnée n'est disponible, un chargement de données est requis pour pouvoir fournir les résultats.

Pour accéder aux statistiques générales depuis les dispositifs de ce patient concernant les modifications de bolus et de débit de base, cliquez sur la double flèche en haut à droite de cet onglet.

La possibilité d'afficher des résultats de contrôle HI/LO n'est pas disponible dans cette version actuelle de l'application.

REMARQUE
Si les données de pompe à insuline sont présentes, le bolus standard inclut le bolus standard et le bolus rapide.

REMARQUE
Vous pouvez également accéder aux statistiques générales de ces dispositifs patient depuis l'onglet de graphiques et de rapports agrandi.

HbA1c

Vous pouvez afficher la dernière valeur HbA1c saisie dans cet onglet.

Cliquez sur le bouton + dans le coin supérieur droit pour saisir une nouvelle valeur ou voir les saisies précédentes.

Une fois que votre valeur HbA1c a été enregistrée, elle ne peut plus être modifiée ou supprimée. Vous pouvez écraser une saisie précédente en sélectionnant la même date et en saisissant une nouvelle valeur.

REMARQUE
Les valeurs HbA1c doivent être arrondies à une décimale.

Graphiques et rapports

Tendance

Ce graphique linéaire affiche toutes les valeurs glycémiques pendant la période sélectionnée, offrant une vue sur les changements des taux de glycémie au fil du temps. Ce graphique affiche aussi le profil de débits de base, les injections et les glucides, si ces informations sont disponibles.

- Pour lire des informations détaillées à propos d'une mesure, passez le curseur sur un point du graphique.

- Pour isoler un jour particulier, cliquez sur une ligne dans le graphique.

- Pour obtenir une aide liée à l'interprétation du graphique, cliquez sur Légende en haut à droite de cet onglet.

- Pour filtrer les informations qui s'affichent sur le graphique, décochez la case correspondante de la légende.

- Pour ouvrir une mesure dans le Journal, effectuez un double clic sur le point correspondant du graphique.

- Cliquez sur la double flèche en haut à droite de cet onglet pour l'agrandir. De là, vous pouvez accéder à des détails supplémentaires :

- Pour passer d'une vue de graphique linéaire à une vue de diagramme à barres, sélectionnez l'un des onglets situés à gauche de la légende. Dans la vue de diagramme à barres, survolez les cases bleues du graphique pour obtenir un résumé des mesures de glycémie enregistrées pour chaque jour.

- Pour afficher des résultats numériques, cliquez sur Statistiques en haut à droite de cet onglet.

Jour standard

Ce graphique linéaire affiche les données dans une grille de 24 heures par plage horaire avant et après le repas, offrant une vue sur les changements des taux de glycémie à différents moments de la journée. Ce graphique affiche aussi le profil de débits de base, les injections et les glucides, si ces informations sont disponibles.

Chaque ligne du graphique représente un jour et illustre la tendance d'un patient sur une période sélectionnée.

- Pour lire des informations détaillées à propos d'une mesure, passez le curseur sur un point du graphique.

- Pour isoler un jour particulier, cliquez sur la ligne correspondante dans le graphique.

- Pour obtenir une aide liée à l'interprétation du graphique, cliquez sur Légende en haut à droite de cet onglet.

- Pour filtrer les informations qui s'affichent sur le graphique, décochez la case correspondante de la légende.

- Pour ouvrir une mesure dans le Journal, effectuez un double clic sur le point correspondant du graphique.

- Cliquez sur la double flèche en haut à droite de cet onglet pour l'agrandir. De là, vous pouvez accéder à des détails supplémentaires :

- Pour passer d'une vue de graphique linéaire à une vue de diagramme à barres, sélectionnez l'un des onglets situés à gauche de la légende. Dans la vue de diagramme à barres, survolez les cases bleues du graphique pour obtenir un résumé des mesures de glycémie enregistrées pour chaque jour.

- Pour afficher des résultats numériques, cliquez sur Statistiques en haut à droite de cet onglet.

Semaine standard

Ce graphique linéaire affiche les données dans une grille d'une semaine du lundi au dimanche, offrant une vue sur les changements des taux de glycémie sur des jours spécifiques. Ce graphique affiche aussi le profil de débits de base, les injections et les glucides, si ces informations sont disponibles.

- Pour lire des informations détaillées à propos d'une mesure, passez le curseur sur un point du graphique.

- Pour isoler un jour particulier, cliquez sur la ligne correspondante dans le graphique.

- Pour obtenir une aide liée à l'interprétation du graphique, cliquez sur Légende en haut à droite de cet onglet.

- Pour filtrer les informations qui s'affichent sur le graphique, décochez la case correspondante de la légende.

- Pour ouvrir une mesure dans le Journal, effectuez un double clic sur le point correspondant du graphique.

- Cliquez sur la double flèche en haut à droite de cet onglet pour l'agrandir. De là, vous pouvez accéder à des détails supplémentaires :

- Pour passer d'une vue de graphique linéaire à une vue de diagramme à barres, sélectionnez l'un des onglets situés à gauche de la légende. Dans la vue de diagramme à barres, survolez les cases bleues du graphique pour obtenir un résumé des mesures de glycémie enregistrées pour chaque jour.

- Pour afficher des résultats numériques, cliquez sur Statistiques en haut à droite de cet onglet.

Journal

Le journal sur 24 heures affiche les données du dispositif dans des cellules horaires, ainsi qu'un résumé des glucides quotidiens, de l'insuline basale et de la glycémie moyenne.

Chaque cellule horaire affiche des valeurs de glycémie avec un code couleur pour les résultats en dessous de l'objectif glycémique, dans l'objectif glycémique et au-dessus de l'objectif glycémique.

- Pour lire des informations détaillées à propos d'une mesure, passez le curseur sur les cellules.

- Pour obtenir une aide liée à l'interprétation du graphique, cliquez sur Légende en haut à droite de cet onglet.

- Pour accéder aux détails et options supplémentaires, cliquez sur la double flèche en haut à droite de cet onglet pour l'agrandir.

Depuis la vue agrandie de ce journal, vous pouvez alterner entre trois vues supplémentaires :

Journal

Affiche un tableau chronologique divisé en colonnes représentant les résultats dans différents blocs horaires.

Chaque cellule horaire affiche des valeurs de glycémie avec un code couleur pour les résultats en dessous de l'objectif glycémique, dans l'objectif glycémique et au-dessus de l'objectif glycémique.

Carnet

Affiche un tableau chronologique avec des informations sur l'heure et la date de calibration, la glycémie, les glucides et l'insuline, notamment les informations de pompe, le cas échéant.

Les icônes utilisées dans les entrées de carnet correspondent à des rapports de pompe à insuline.

Statistiques quotidiennes

Affiche les données relatives à la glycémie, aux glucides et à l'insuline, y compris la glycémie moyenne, un résumé des glucides et des résumés de l'insuline (bolus, basale et autre).

REMARQUE
La version actuelle de l'application ne prend pas en charge :
- possibilité d'afficher les données relatives aux résultats des contrôles HI/LO.
- la possibilité de modifier et d'ajouter des indicateurs (p. ex. jeûne, stress, maladie) dans le journal de bord. Seuls les marquages liés aux repas et associés aux mesures de la glycémie seront affichés.
- la capacité d'afficher tout ajustement de l'heure ou tout événement en raison du passage à l'heure d'été/hiver, de déplacements à travers plusieurs fuseaux horaires ou de réglage de l'heure effectué sur un quelconque dispositif médical.

REMARQUE
Pour obtenir des informations sur la manière de modifier les plages horaires, sélectionnez les plages horaires depuis la liste déroulante Paramètres patient en regard du nom de votre patient et cliquez sur l'icône i.

Taux métabolique

La glycémie moyenne (axe des y) et l'écart-type (axe des x) sont calculés pour chaque jour de la période sélectionnée. Ces deux résultats conjoints fournissent les coordonnées qui forment un diagramme de dispersion. Pour faciliter l'évaluation rapide du taux métabolique d'un patient, l'onglet est divisé en quatre quadrants.

La moyenne de toutes les valeurs représentées est marquée par une croix bleue sur le graphique.

- Pour lire des informations détaillées à propos d'une mesure, passez le curseur sur un point du graphique.

- Pour obtenir une aide liée à l'interprétation du graphique, cliquez sur Légende en haut à droite de cet onglet.

Statistiques

Cet onglet affiche :

- moyenne des tests par jour.

- nombre total de tests lors de la période sélectionnée.

- écart-type.

Si l'onglet indique qu'aucune donnée n'est disponible, un chargement de données est requis pour pouvoir fournir les résultats.

Pour accéder aux statistiques générales depuis les dispositifs de ce patient concernant les modifications de bolus et de débit de base, cliquez sur la double flèche en haut à droite de cet onglet pour l'agrandir.

La possibilité d'afficher des résultats de contrôle HI/LO n'est pas disponible dans cette version actuelle de l'application.

REMARQUE
Si les données de pompe à insuline sont présentes, le bolus standard inclut le bolus standard et le bolus rapide.

REMARQUE
Vous pouvez également accéder aux statistiques générales de ces dispositifs patient depuis l'onglet de graphiques et de rapports agrandi.

Basale / Info bolus

Cet onglet affiche le type d'insuline (basale / bolus), le total insuline et l'administration d'insuline moyenne sous forme de pourcentage et sous forme de diagramme pour les patients qui utilisent une pompe à insuline.

Le conseil de bolus vous propose une recommandation d'administration d'insuline et le pourcentage d'acceptation correspondant.

Étant donné que les valeurs du débit de base sont très différentes pour les enfants et les adultes, le graphique s'échelonne automatiquement pour afficher ce débit de base, sans qu'il soit nécessaire de régler manuellement l'échelle.

Un débit de base temporaire (DBT) vous permet de modifier temporairement votre débit de base actuel pour une période définie. Le mode de la pompe est également affiché (MARCHE, ARRÊT, PAUSE). La pompe doit être en mode Marche pour qu'un DBT puisse être programmé.

Le type de bolus donne des informations sur les types de bolus que votre patient a utilisés (Standard, Rapide, Carré, Mixte). Les valeurs de pourcentage de même que les unités d'insuline par jour sont affichées.

Pompe à insuline

Ce rapport fournit des informations sur l'administration d'insuline sous forme de journal.

Les informations s'affichent par ordre chronologique décroissant, avec l'heure de la prise, les unités et le type de bolus administré. Vous pouvez également voir qu'à chaque jour correspond un total d'insuline bolus + basale.

S'il est saisi manuellement par le patient, une icône s'affichera en même temps que les lectures.

Paramètres du dispositif

Ce rapport contient tous les paramètres des dispositifs chargés et connectés pour chaque patient, offrant un aperçu de la configuration du dispositif.

Le système n'enregistre un rapport qu'en cas de modifications par rapport aux paramètres du rapport chargé précédemment. Le profil actif est surligné en gris. Par défaut, le rapport affiché est le plus récent.

- Pour sélectionner le dispositif pour lequel vous souhaitez afficher le rapport, cliquez sur la liste déroulante Sélectionner dispositif.

- Pour afficher les rapports de paramètres de dispositif précédents et suivants, cliquez sur les flèches en regard du calendrier.

- Pour alterner entre les trois différentes vues, cliquez sur les onglets à gauche de cet onglet.

Basale / **Bolus** montre tous les profils de débits de base avec les paramètres précédents présentés en bleu, ainsi que le débit de base temporaire prédéfini.

Général fournit les paramètres d'administration d'insuline et les paramètres du lecteur de glycémie supplémentaires.

Rappels affiche un dossier de tous les rappels qui ont été définis sur le dispositif spécifié.

- Pour accéder aux détails et options supplémentaires, cliquez sur la double flèche en haut à droite de cet onglet pour l'agrandir. La vue agrandie affiche les modifications apportées aux paramètres du dispositif par rapport au dernier rapport, ainsi que les informations actuelles.

- Pour afficher les valeurs précédentes, activez le bouton d'activation à droite de cet onglet. Ces valeurs sont surlignées en bleu.

Gestion des bandelettes - Livraison à domicile

Aperçu

Cet onglet vous permet d'envoyer des bandelettes réactives chez le patient au moyen d'un calendrier de livraison automatisée.

Vous contrôlez le moment auquel un patient a besoin de bandelettes réactives et en quelle quantité, sur la base d'un programme de traitement individuel.

Pour mettre en place cette livraison de bandelettes réactives au patient, cliquez sur Configuration de livraison.

Pour suivre le statut de livraison des bandelettes réactives, cliquez sur Statut de livraison.

Configuration de livraison

Ici, vous pouvez configurer la livraison de bandelettes au patient.

1. Dans Programme de livraison, sélectionnez l'un des programmes dans le menu déroulant. Les bandelettes réactives associées à ce programme sont automatiquement ajoutées au champ Bandelettes incluses.

2. Dans Stock initial, saisissez le stock initial qui est fourni à ce patient.

3. Dans % d'indemnité de perte/dommage, saisissez le pourcentage de perte et/ou d'endommagement de bandelettes réactives.

4. Dans Jours entre les envois, saisissez l'intervalle de temps entre le moment présent et le premier envoi.

REMARQUE
Lorsque des modifications sont apportées au programme de livraison, les valeurs de cette section sont remises à zéro.

REMARQUE
Jours entre les envois est uniquement applicable pour le premier envoi. La date des envois suivants sera automatiquement calculée, selon la consommation de bandelettes réactives, pour garantir qu'un patient ne manque pas de bandelettes réactives.

Statut de livraison

Ici, vous pouvez suivre le statut de la livraison de bandelettes réactives du patient. Actif, en pause ou bloqué.

Vous pouvez modifier le statut et le définir sur Actif ou En pause, et modifier également la date de livraison.

Un téléchargement des données doit être effectué pour :

- afficher les résultats.

- débloquer une livraison.

- afficher les prochaines livraisons.

Gestion des bandelettes - Retrait au centre

Aperçu

Cet onglet affiche les détails relatifs au statut de la bandelette réactive. Ces informations sont basées sur la routine de test établie, définie par un professionnel de santé.

Un système à feu tricolore est utilisé pour chaque statut, correspondant au nombre de bandelettes réactives qu'un patient a utilisées sur une période donnée.

Vert - Nouvelles bandelettes réactives à réceptionner. Le patient a consommé 81-100 % des bandelettes réactives prescrites.

Orange - Nouvelles bandelettes réactives à réceptionner. Le patient a consommé 70-80 % des bandelettes réactives prescrites.

Rouge - Aucune bandelette réactive à réceptionner. Le patient :

- a consommé moins de 70 % des bandelettes réactives prescrites.

- a consommé plus de 100 % des bandelettes réactives prescrites.

- souffre de diabète gestationnel et se trouve maintenant en dehors de l'intervalle de dates prévues pour l'accouchement.

- a dépassé un ou plusieurs seuils établis et une alerte s'est déclenchée.

Gris - Aucune donnée permettant de calculer le statut pour la période actuelle. Cela peut être dû au fait qu'un téléchargement soit en attente, ne soit pas encore venu à terme, ou qu'une livraison vienne juste d'avoir lieu.

Cliquez sur Mettre à jour statut, directement depuis cet onglet, pour afficher le statut actuel en fonction du chargement de données le plus récent.

Si le statut est vert ou orange, cliquez sur Gérer la livraison et choisissez :

- D'accepter le montant recommandé en cliquant sur Confirmer la livraison.

- D'ajuster le montant recommandé en ajoutant ou en retirant des tubes de bandelettes réactives et en incluant une justification dans le champ de commentaire. Cliquez ensuite sur Confirmer la livraison.

Depuis la vue agrandie de l'onglet Retrait au centre, vous pouvez gérer la livraison de bandelettes de ce patient, créer des directives et des alertes.

Utilisez les onglets en haut de la section pour alterner entre les options.

REMARQUE
Les pourcentages référencés sont des valeurs Roche par défaut qui peuvent varier de celles de votre centre.

Livraison de bandelettes

Depuis l'onglet Livraison de bandelettes, vous pouvez afficher les principales informations concernant la directive active et les détails relatifs à la livraison de bandelettes réactives et à son statut. Ces informations sont basées sur

la routine de test établie, définie par un professionnel de santé.

Un système à feu tricolore est utilisé pour chaque statut, correspondant au nombre de bandelettes réactives qu'un patient a utilisées sur une période donnée. Consultez la section Aperçu pour obtenir plus de détails à ce sujet.

Livrer des bandelettes

Pour savoir combien de bandelettes réactives livrer, cliquez sur Mettre à jour statut. Si le statut est vert ou orange, cliquez sur Gérer la livraison et choisissez :

- D'accepter le montant recommandé en cliquant sur Confirmer la livraison.

- D'ajuster le montant recommandé en ajoutant ou en retirant des tubes de bandelettes réactives et en incluant une justification dans le champ de commentaire. Cliquez ensuite sur Confirmer la livraison.

Forcer un changement de statut

Pour faire passer le statut d'un patient de rouge à vert, ou vice versa :

1- Cliquez sur Mettre à jour statut.

2- Cliquez sur le cercle coloré dans la section Forcer statut de l'écran.

3- Cliquez sur Forcer statut.

Historique de livraisons

Pour afficher l'historique de gestion et de consommation de bandelettes réactives, cliquez sur Historique de livraisons depuis la section Détails statut.

Signaler des bandelettes perdues ou endommagées

Pour signaler qu'un patient a perdu ou endommagé des bandelettes réactives et pour recalculer le stock patient total :

1- Cliquez sur Mettre à jour statut.

2- Dans la section Signaler des bandelettes perdues ou endommagées, saisissez la quantité souhaitée ou cliquez sur le +.

3- Cliquez sur Mise à jour du stock et la prochaine livraison sera mise à jour en conséquence.

Livrer des bandelettes supplémentaires

Si votre patient a besoin de programmer manuellement une livraison de bandelettes réactives supplémentaires :

1- Cliquez sur Mettre à jour statut.

2- Saisissez la quantité de tubes de bandelettes réactives supplémentaires qui a été livrée.

3- Indiquez la raison dans le champ de commentaires.

4- Cliquez sur Livrer des bandelettes.

Directive

Depuis l'onglet Directive, vous pouvez créer une directive clinique pour votre patient sélectionné.

Cela vous permet de contrôler la relation entre la routine de test établie et le besoin de bandelettes réactives. Selon le type de diabète sélectionné dans le menu déroulant Traitement du patient, tous les autres menus déroulants proposent une série d'options au choix, comme le type de traitement, la durée de traitement, la fréquence d'administration et la quantité à administrer.

Le menu déroulant Guide clinique propose deux options :

- Guides prédéfinis pour les guides cliniques prédéterminés.

- Guides personnalisés pour les guides cliniques créés par vous-même ou par d'autres professionnels de votre centre.

Guides cliniques personnalisés

Vous pouvez créer des guides cliniques personnalisés pour votre patient sélectionné ou afficher les guides cliniques qui ont été précédemment créés. Ces derniers peuvent ensuite s'appliquer à d'autres patients.

Pour créer un nouveau guide clinique personnalisé :

1- Agrandissez l'onglet Retrait au centre et cliquez sur Directive sous la barre de profil patient.

2- Cliquez sur Paramètres du guide clinique personnalisé.

3- Attribuez un nom à votre nouveau guide clinique personnalisé. Choisissez ensuite les options des menus déroulants.

4- Cliquez sur Sauvegarder guide clinique personnalisé.

L'historique du guide clinique personnalisé situé dans la partie inférieure de l'onglet affiche jusqu'à 5 guides qui ont été précédemment créés par vous-même ou par d'autres professionnels de votre centre.

Vous pouvez trier cette liste depuis la section Trier par située à droite.

- Pour afficher les guides créés par vous-même ou par d'autres professionnels, cliquez sur Tout.

- Pour n'afficher que les guides créés par vous-même, cliquez sur Personnel.

- Pour afficher plus d'informations sur chaque guide clinique, cliquez sur la flèche bleue déroulante située à droite.

- Pour retirer un guide que vous avez créé, cliquez sur Retirer en bas à droite. Vous ne pouvez pas retirer de guides créés par d'autres professionnels.

Création d'une directive temporaire

Depuis l'onglet Directive, vous pouvez créer une directive temporaire pour votre patient sélectionné.

La directive temporaire peut être affichée et créée depuis la section située dans la partie inférieure de l'onglet.

REMARQUE
Les directives temporaires sont requises pendant la grossesse et suite à une opération chirurgicale.

Alertes

Depuis l'onglet Alertes, vous pouvez définir les alertes pour ce patient. Le système change le feu tricolore du patient lorsqu'un patient se trouve en dehors de l'objectif ou lorsque ces alertes sont déclenchées.

Un rapport affiche trois seuils (hypo, hyper et limite inférieure) sous trois intervalles idéaux (avant le repas, après le repas et heure du coucher).

Ces seuils sont précédemment établis pour les objectifs glycémiques du patient.

Pour paramétrer une alerte :

1- Faites basculer le bouton d'activation / désactivation sous Configurations d'alerte.

2- Cliquez sur les boutons + et – pour sélectionner le moment où l'alarme doit se déclencher.

3- Cliquez sur Enregistrer en bas de l'écran.

Modèles

Aperçu

Cette fonction vous permet de visualiser facilement les données sur la glycémie dans le cadre de l'auto-surveillance pour découvrir des modèles.

Cela peut vous aider à attirer l'attention sur des zones pouvant nécessiter une intervention ou à reconnaître des tendances positives.

Les 21 modèles différents sont organisés en 5 groupes prédéfinis et peuvent être visualisés dans un graphique de tendance ou au format journal.

Un code couleur visuel est appliqué à chaque modèle et groupe pour indiquer si les paramètres sont respectés et si un modèle a été déclenché ou non.

Vert - aucun modèle déclenché

Rouge - modèle déclenché

Gris - données insuffisantes pour déclencher un modèle

REMARQUE
Les modèles sont configurés individuellement pour chaque patient et peuvent être différents pour chaque patient dans votre système. La configuration des modèles n'est pas nécessaire pour tous les patients.

REMARQUE
Pour afficher des résultats, un chargement des données à partir du dispositif d'un patient est requis.

Configuration initiale

Si vous accédez aux modèles du patient sélectionné pour la première fois, vous serez dirigés vers l'écran Configuration des modèles.

1. Cliquez sur le menu déroulant Options de profil et sélectionnez l'une des options. Le profil que vous sélectionnez détermine les paramètres par défaut du modèle.

- Pour accepter les paramètres par défaut, faites défiler vers le bas et cliquez sur Enregistrer. Vous serez redirigé vers la vue Modèles.

Pour personnaliser vos paramètres pour les différents modèles, suivez les étapes suivantes.

1. Cliquez sur le menu déroulant Périodes de calcul et sélectionnez l'une des options.

2. Si votre patient utilise une pompe à insuline, cliquez sur le menu déroulant Changement de cartouche et sélectionnez l'une des options. Les unités de mesure sont définies par défaut selon chaque pays.

3. Pour personnaliser le Nombre minimum de tests requis, cliquez à l'intérieur des zones de saisie et saisissez une nouvelle valeur.

4. Pour personnaliser les Objectifs glycémiques, cliquez sur les menus déroulants pour la Limite Hyper pour la surcorrection Hypo et/ou sur la Limite Hypo pour la surcorrection Hyper et sélectionnez l'une des options.

5. Pour activer ou désactiver un groupe de modèles, faites basculer le bouton d'activation/désactivation situé en face du groupe de modèles à gauche de l'écran. Cela empêchera l'affichage des résultats sur le graphique des modèles et le journal, mais les paramètres resteront enregistrés dans le système.

6. Pour activer ou désactiver des modèles individuels, sélectionnez le groupe de modèles puis faites basculer le bouton d'activation/désactivation situé en face du groupe de modèles à droite de l'écran.

7. Pour configurer des modèles individuels, cliquez à l'intérieur des zones de saisie et saisissez une nouvelle valeur.

8. Cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez terminé.

REMARQUE
Vous pouvez revenir aux paramètres de configuration à tout moment pour effectuer des modifications ou revenir aux paramètres par défaut.

Ajuster des modèles après la configuration

Après avoir configuré des modèles pour votre patient, vous pouvez ajuster les valeurs qui déclenchent un modèle, à tout moment, depuis l'onglet Modèles, pour le patient sélectionné.

Configuration rapide

1. Dans le tableau, sélectionnez l'1 des 5 groupes de modèles via les onglets horizontaux pour afficher les modèles dans ce groupe.

2. Cliquez sur l'icône Réglages en face du modèle que vous souhaitez configurer. Une fenêtre contextuelle apparaît.

3. Cliquez à l'intérieur des zones de saisie et saisissez une nouvelle valeur. Vous recevrez un message d'informations vous indiquant que vous avez dépassé la valeur minimale ou maximale, le cas échéant.

4. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour revenir aux paramètres par défaut pour ce modèle, cliquez sur l'icône de paramètres en regard du modèle et cliquez sur Rétablir paramètres par défaut.

Les modifications s'appliqueront à toutes les mesures existantes et futures.

Configuration standard à partir de la Configuration des modèles

Pour une configuration plus détaillée, et pour activer et/ou désactiver des modèles, cliquez sur ACCÉDER À LA CONFIGURATION DES MODÈLES. Vous serez dirigés vers l'écran Configuration des modèles. Consultez l'élément de menu de configuration initiale ici pour obtenir toutes les instructions.

Depuis cet écran, vous pouvez aussi revenir aux paramètres par défaut à tout moment. Faites défiler et cliquez sur Rétablir paramètres par défaut.

Afficher les modèles

Une fois que les modèles ont été configurés pour un patient, un résumé du statut du modèle du patient s'affiche dans un tableau en haut de l'écran.

Un code couleur visuel est appliqué à chaque modèle et groupe pour indiquer si les paramètres sont respectés et si un modèle a été déclenché ou non.

Vert - aucun modèle déclenché

Rouge - modèle déclenché

Gris - données insuffisantes pour déclencher un modèle

Comparer périodes

Cette vue prend en charge la comparaison du statut du modèle dans différents intervalles.

- Pour afficher le statut du modèle de votre patient dans un tableau comparatif, cliquez sur l'onglet Comparer périodes dans la zone supérieure gauche.

- Pour afficher les modèles par intervalles hebdomadaires, mensuels ou trimestriels, cliquez sur le menu déroulant de l'icône Calendrier et sélectionnez l'une des options.

- Pour afficher tous les modèles associés au sein de chaque groupe, cliquez sur le menu déroulant situé au bout de la ligne.

Graphique de tendance

Dans la section inférieure de l'écran, vous pouvez visualiser les modèles sur un graphique de tendance.

Les mesures qui déclenchent l'un des modèles activés sont mises en avant sous forme de cercles colorés sur le graphique. Ils clignotent trois fois avant de se transformer en cercles statiques.

- Pour lire des informations détaillées à propos d'une mesure, passez le curseur sur un point du graphique.

- Pour obtenir une aide liée à l'interprétation du graphique, cliquez sur Légende en haut à droite du graphique.

- Pour filtrer les informations qui s'affichent sur le graphique, cliquez sur le menu déroulant HYPOGLYCÉMIE et HYPERGLYCÉMIE et décochez les cases correspondantes.

Journal

Le journal affiche un tableau chronologique divisé en colonnes représentant les modèles sur différentes plages horaires : résultats avant et après le repas, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, heure du coucher et nuit.

- Pour obtenir une aide liée à l'interprétation du journal, cliquez sur Légende en haut à droite du journal.

- Pour lire des informations détaillées à propos d'un modèle déclenché, passez le curseur sur les valeurs colorées.

- Pour filtrer les informations qui s'affichent sur le journal, cliquez sur les menus déroulants HYPOGLYCÉMIE et HYPERGLYCÉMIE et décochez les cases correspondantes.

REMARQUE
Un nombre de tests minimum est requis pour que les résultats soient calculés. Cela peut être modifié dans la section Sélectionner Exigences modèle de la configuration des modèles.

Profil glycémique ambulatoire

Convertit toutes les lectures obtenues du CGM dans un graphique de résumé de profil de glucose de 24 heures pour afficher le temps qu'un patient passe dans l'objectif glycémique, au-dessus et en dessous de l'objectif glycémique. Le rapport est basé sur au moins sept jours de données CGM.

- Lignes vertes : objectif glycémique

- Lignes noires : médiane de toutes les lectures

- Zone ombragée en bleu ciel : représente 5-95 % de l'ensemble des valeurs de glycémie

- Zone ombragée en bleu foncé : représente 50 % de l'ensemble des valeurs de glycémie.

- Les valeurs de glycémie en dessous de 5 % ou au-dessus de 95 % de l'ensemble des valeurs ne sont pas représentées sur le graphique

---

Pour obtenir une aide liée à l'interprétation du graphique, cliquez sur Légende en haut à droite de cet onglet.

Profils de glucose quotidien

Cet onglet affiche les graphiques sous forme de vignette pour les jours individuels au cours de la période sélectionnée, jusqu'à un maximum de 28 jours.

Pour vous aider à identifier les problèmes en un coup d'œil, le code couleur met en valeur les heures et durées des événements d'hypoglycémie et d'hyperglycémie.

Pour accéder aux informations détaillées avec des données contextuelles pour un jour spécifique, cliquez sur la vignette que vous souhaitez agrandir.

REMARQUE
Il doit y avoir au moins 24 heures de données CGM avec un minimum de 70 % de durée d'action pour afficher ces informations.

Profils de glucose quotidien - Agrandi

Aperçu

Cet onglet affiche les informations CGM pour le jour sélectionné.

Pour alterner entre les jours et les informations correspondantes, cliquez sur la vignette du carrousel située en haut de l'écran.

Pour vous déplacer en avant et en arrière au sein de la période sélectionnée, cliquez sur les flèches d'un côté ou de l'autre. Pour modifier la période, réduisez l'onglet et effectuez votre sélection depuis le calendrier.

REMARQUE
Il doit y avoir un minimum de 70 % de durée d'activité CGM pour afficher ces informations.

Profils de glucose quotidien

Ce graphique est divisé en quatre sections :

Valeurs de glycémie

Ce graphique affiche un point pour chaque lecture de glycémie enregistrée au cours des 24 heures. Chaque point dispose d'un code couleur correspondant au standard de rapport AGP.

Glucides

Les nombres représentent les glucides consommés dans un intervalle d'1 heure, chaque ingestion s'affiche dans une ligne différente.

Un résumé des ingestions totales quotidiennes de glucides s'affiche à droite du graphique.

Insuline

Chaque ligne représente la quantité d'insuline (unités) administrée :

Rouge - insuline de bolus

Bleu - insuline basale

Noir - autre insuline

Un résumé de l'insuline totale quotidienne administrée s'affiche à droite du graphique.

Débit de base

Cette section affiche les informations concernant le débit de base, les actions relatives à la pompe (Marche, Arrêt, Pause) et les débits de base temporaire (augmentations et diminutions).

- Pour lire des informations détaillées à propos d'une lecture, passez le curseur sur les éléments du graphique.

- Pour obtenir une aide liée à l'interprétation du graphique, cliquez sur Légende en haut à droite de cet onglet.

REMARQUE
Il doit y avoir un minimum de 70 % de durée d'activité CGM pour afficher ces informations.

Données contextuelles

Durée dans les objectifs glycémiques

Affiche le pourcentage de temps que le patient a passé dans chaque intervalle au cours du jour sélectionné.

Glycémie moyenne

Affiche la valeur de glycémie moyenne quotidienne et dispose d'un code couleur correspondant aux différents objectifs de glucose.

Écart-type

Il s'agit d'une mesure quotidienne de la répartition des lectures de glycémie autour de la moyenne.

Coefficient de variation

Normalise l'écart-type par rapport à la moyenne (écart-type quotidien divisé par la valeur de glycémie moyenne, multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage) au cours du jour sélectionné.

REMARQUE
Il doit y avoir un minimum de 70 % de durée d'activité CGM pour afficher ces informations.

Statistiques CGM

Cet onglet affiche les statistiques CGM pour la période sélectionnée, jusqu'à un maximum de 28 jours :

- Nombre de jours analysés.

- Pourcentage de durée d'action (nombre total de lectures enregistrées divisé par le nombre total de lectures possibles, multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage).

- Niveaux de glycémie moyenne (somme totale des valeurs mesurées divisée par le nombre total de lectures).

- Indicateur de gestion de la glycémie. Le niveau HbA1c estimé basé sur la glycémie moyenne des lectures CGM.

REMARQUE
Il doit y avoir au moins 24 heures de données CGM avec un minimum de 70 % de durée d'action pour afficher ces informations.

Durée dans les objectifs glycémiques

Ce graphique à barres présentant un code couleur affiche le pourcentage de temps que le patient a passé dans chaque objectif glycémique.

Pour modifier les limites de l'objectif glycémique :

1. Cliquez sur la flèche située à côté du nom du patient pour accéder au menu Paramètres patient.
2. Sélectionnez les objectifs glycémiques.
3. Modifier CGM - Objectif glycémique individuel. Toutes les limites peuvent être modifiées.

REMARQUE
Il doit y avoir au moins 24 heures de données CGM avec un minimum de 70 % de durée d'action pour afficher ces informations.

Variabilité

Coefficient de variation

Normalise l'écart-type par rapport à la moyenne (écart-type divisé par la glycémie moyenne, multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage).

Écart-type

Il s'agit d'une mesure de la répartition des lectures de glycémie autour de la moyenne.

Volet latéral

Aperçu

Le volet latéral comprend des outils qui peuvent améliorer encore la communication entre les professionnels de santé et les patients.

Depuis le volet latéral, vous pouvez :

- créer des notes et des commentaires.
- afficher des notes, des commentaires et des rapports sur les soins du patient concernant le suivi du temps.
- exporter des notes et des rapports sur les soins du patient concernant le suivi du temps.
- réaliser des appels vidéo.

REMARQUE

Certaines fonctions sont facultatives et ne s'afficheront que si elles sont disponibles dans votre pays et activées dans votre centre.

Soins du patient

Créer une note

Pour créer une note relative à un patient, deux options sont disponibles :

Dans ce volet latéral :

1. Cliquez sur l'icône des notes en haut du volet latéral pour développer la fenêtre.
2. Cliquez sur Créer une note et saisissez votre note dans la zone de texte. Pour la partager avec le patient, cochez la case.
3. Cliquez sur Sauvegarder.

Depuis l'écran Gestion des patients :

1. Cliquez sur Ajouter note sur la ligne Info patient et une fenêtre contextuelle s'ouvrira.
2. Saisissez votre note dans la zone de texte. Pour la partager avec le patient, cochez la case.
3. Cliquez sur Sauvegarder.

Ajouter un commentaire

Pour commenter une note existante :

1. Cliquez sur Commentaires en dessous de la note.
2. Cliquez sur Ajouter un commentaire en dessous de la note correspondante.
3. Saisissez votre commentaire dans la zone de texte.
4. Cliquez sur Publier.

Afficher les notes, commentaires et rapports

Pour afficher les notes et commentaires enregistrés, cliquez sur l'icône des notes dans le volet latéral. La présence d'un point bleu sur l'icône des notes indique que vous avez des notes ou commentaires non lus.

La vignette Partagé avec le patient indique si une note a été partagée et une étiquette en dessous de la date indique s'il s'agit d'une note ou d'un rapport.

Si la fonction Suivi du temps est activée dans votre centre, un résumé des activités de soins du patient s'affiche dans le volet latéral avec l'étiquette Rapport. Vous pouvez exporter les rapports de la même manière que les notes. Reportez-vous à la section Guide de démarrage pour en savoir plus sur le Suivi du temps des soins du patient.

Exporter des notes au format PDF

Vous pouvez exporter une note associée à un patient pour l'ajouter au fichier clinique d'un patient :

1. Sélectionnez un patient pour ouvrir la Vue patient.
2. Cliquez sur l'icône des notes pour agrandir le volet latéral.
3. Cliquez sur l'icône d'exportation au format PDF à droite de la note pour exporter le document.

REMARQUE

Tous les professionnels de santé associés au patient peuvent afficher les commentaires. Lorsque vous partagez des notes et commentaires avec vos patients, ils peuvent ajouter leurs propres commentaires depuis le portail patients. Les patients inscrits au programme de partage des données peuvent également y procéder depuis l'application mySugr®.

REMARQUE

Certaines fonctions sont facultatives et ne s'afficheront que si elles sont disponibles dans votre pays et activées dans votre centre.

Appel vidéo

Grâce aux appels vidéo, vous pouvez communiquer facilement avec vos patients et gagner du temps par rapport aux visites en face à face.

Pour initier un appel vidéo :

1. Cliquez sur l'icône de vidéo depuis le volet latéral pour l'agrandir.
2. Cliquez sur Envoyer une invitation pour envoyer un lien d'invitation par e-mail et/ou SMS à votre patient. Ce lien expire au bout de 5 minutes.
3. Cliquez sur Rejoindre pour ouvrir la prévisualisation vidéo et l'affichage de paramètres.
4. Vérifiez les paramètres de caméra, de microphone et de haut-parleur, comme requis, et cliquez sur Démarrer.

Pendant l'appel vidéo :

- Pour désactiver votre son ou votre vidéo, cliquez sur les icônes correspondantes en haut de la fenêtre de la vidéo.

- Pour réduire la fenêtre de la vidéo, cliquez sur la double flèche située en haut à droite. Vous pouvez interagir avec les données présentes à l'écran pendant l'appel vidéo avec votre patient.

- Pour l'agrandir, cliquez sur l'icône de l'écran en haut à droite de la fenêtre réduite. Vous pouvez également glisser et déplacer la fenêtre de la vidéo vers une zone différente de votre écran.

- Pour écrire une note pendant l'appel vidéo, cliquez sur l'icône des notes dans le volet latéral, saisissez votre note et cliquez sur Enregistrer.

- Pour fermer le volet latéral, cliquez sur X en haut à droite.

- Pour terminer l'appel vidéo, cliquez sur l'icône permettant de raccrocher.

REMARQUE

Si vous décidez d'annuler avant le début de l'appel vidéo, le patient en sera informé par e-mail et le lien d'invitation expirera automatiquement. Si le patient quitte l'appel vidéo, il peut de nouveau rejoindre l'appel à l'aide du même lien, tant que vous n'avez pas mis fin à l'appel.

REMARQUE

Certaines fonctions sont facultatives et ne s'afficheront que si elles sont disponibles dans votre pays et activées dans votre centre.

Stock

Pour ajouter un nouveau stock :

1. Choisissez une date de livraison de stock (la date par défaut est la date actuelle), sélectionnez le modèle de dispositif dans le menu déroulant et saisissez le nombre de tubes de bandelettes réactives et bandelettes réactives reçus.

2. Cliquez sur Ajouter nouveau stock. Lorsque du stock a été correctement ajouté, un message de confirmation s'affiche avec une coche au centre.

3. S'il n'a pas été possible d'ajouter du stock, un message contenant un point d'exclamation rouge s'affiche.

Plages horaires

Les plages horaires s'affichent dans les journaux utilisés au sein de la plate-forme.

Pour personnaliser les quatre plages horaires de votre patient :

1. Faites glisser les cercles dans le tenseur interactif ou sélectionnez-les dans les champs déroulants.

2. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Objectifs glycémiques

Les objectifs glycémiques établis pour ce patient s'affichent dans cet écran.

BGM et Modèles

Les trois graphiques à barres qui s'affichent au centre de l'écran représentent les objectifs glycémiques par défaut avant le repas, après le repas et à l'heure du coucher pour BGM et les modèles.

Lorsque vous modifiez la limite hypo dans l'intervalle avant le repas, les limites hypo pour après le repas et heure du coucher s'ajusteront, étant donné que la limite hypo doit rester la même pendant la journée.

Pour modifier les limites :

1. Cliquez dans un champ pour le modifier.

2. Cliquez sur Sauvegarder.

CGM

Le graphique à barres qui s'affiche à droite de l'écran représente l'objectif glycémique CGM par défaut.

Pour modifier les limites :

1. Cliquez dans un champ pour le modifier.

2. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour restaurer les objectifs glycémiques par défaut, cliquez sur Rétablir les paramètres.

Objectifs glycémiques par défaut

Les objectifs glycémiques établis pour ce patient s'affichent dans cet écran.

BGM et Modèles

Les trois graphiques à barres qui s'affichent au centre de l'écran représentent les objectifs glycémiques par défaut avant le repas, après le repas et à l'heure du coucher pour BGM et les modèles.

Lorsque vous modifiez la limite hypo dans l'intervalle avant le repas, les limites hypo pour après le repas et heure du coucher s'ajusteront, étant donné que la limite hypo doit rester la même pendant la journée.

Pour modifier les limites :

1. Cliquez dans un champ pour le modifier.

2. Cliquez sur Sauvegarder.

CGM

Le graphique à barres qui s'affiche à droite de l'écran représente l'objectif glycémique CGM par défaut.

Pour modifier les limites :

1. Cliquez dans un champ pour le modifier.

2. Cliquez sur Sauvegarder.

REMARQUE
Les modifications s'appliqueront uniquement aux patients créés ultérieurement dans le système et n'affecteront pas les patients existants.

Suivi à distance du patient

Aperçu

Pour aider à gérer le diabète à distance, cette fonction améliore la communication entre les professionnels de santé et les patients.

Vous pouvez surveiller les patients intégrés dans le Suivi à distance du patient (RPM) en un clin d'œil, ou bien consulter des informations détaillées, ainsi que le niveau de respect des exigences du programme par le patient.

RPM vous permet également de créer des notes et commentaires, de les partager avec un patient (au besoin) et de les exporter au format PDF.

Pour accéder aux notes et commentaires, ouvrez le volet latéral bleu dans la Vue patient.

REMARQUE
Cette fonction facultative ne s'affichera que si elle est disponible dans votre pays ou si elle est activée dans votre centre.

Paramètres du programme

Les paramètres du programme pour RPM sont préétablis avec des valeurs par défaut. Seuls les rôles professionnels Médecin Administrateur avec des autorisations de gestion du programme RPM peuvent apporter des modifications aux paramètres de programme. Votre administrateur Roche accorde ce niveau d'autorisation.

Paramètres par défaut

Tous les patients intégrés dans le programme RPM de votre centre présentent les mêmes réglages.

Paramètres par défaut	France	Reste du monde
Nom du programme	ÉTAPES	RPM
Durée du programme	Illimitée	30 jours
Respect des exigences du programme par le patient	N/A	Un e-mail de rappel est envoyé au patient s'il n'a pas envoyé de données depuis plus de 48 heures. Le professionnel de santé reçoit une notification lorsqu'un patient ne respecte pas les exigences du programme.
Étiquette RPM	N/A	L'étiquette RPM change de couleur si aucun envoi de données n'a lieu pendant 4 jours quelconques d'une période de 7 jours.

Paramètres configurables

Les utilisateurs disposant d'un rôle professionnel Médecin Administrateur, peuvent modifier les paramètres suivants pour leur centre :

- Nom du programme

- Durée du programme

- Respect des exigences du programme par le patient

Pour modifier les paramètres :

1. Cliquez sur l'icône du menu Actions dans la barre de navigation et sélectionnez les paramètres du programme RPM.

2. Cliquez dans la zone de saisie que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur Sauvegarder.

REMARQUE
Les paramètres du programme ne sont pas configurables pour ÉTAPES.

Toute modification effectuée aux paramètres de respect du programme peut mettre jusqu'à 24 heures à prendre effet.

Intégrer un patient

Pour intégrer un patient, trois options sont disponibles :

- Depuis l'écran Ajouter un nouveau patient, cochez la case pour le programme RPM.

- Depuis l'écran Gestion des patients, cliquez sur la flèche située au bout de la ligne Info patient du patient que vous souhaitez intégrer et cliquez sur Intégrer patient.

- Depuis la Vue patient, sélectionnez Éditer paramètres patient sous le menu Paramètres patient.

Unité de mesure

Vous pouvez sélectionner la manière dont l'unité de mesure s'affiche au sein de la RocheDiabetes Care Platform (mmol/L ou mg/dL).

Par défaut, vous visualisez les données avec l'unité standard de mesure adoptée par chaque pays. Pour la modifier :

1. Changez votre sélection depuis le menu déroulant Unité.

2. Cliquez sur Sauvegarder.

REMARQUE
Cette modification affectera uniquement la manière dont vous visualisez les données au sein de la plateforme.

REMARQUE
Si un facteur de conversion est requis, la formule de calcul est la suivante :
mmol/L à partir de mg/dL : mg/dL ÷ 18,02
mg/dL à partir de mmol/L : 18,02 × mmol/L

Télécharger des données - Application Web

Appareils compatibles

Voici la liste des appareils compatibles pour Device Link v1.1

NOM DE L'APPAREIL	TYPE D'APPAREIL	INSTRUCTIONS DE COMMUNICATION
Accu -Chek Active	Musique de fond	Éteignez le lecteur, appuyez sur M jusqu'à ce que PC apparaisse sur l'écran du lecteur.
Accu-Chek Aviva Connect	BGM	Éteignez le lecteur, appuyez et maintenez enfoncés les boutons et OK. Sélectionnez Transfert de données, puis branchez la petite extrémité du câble USB dans le port USB du lecteur et la grande extrémité dans le port USB.
Accu-Chek Aviva Insight	BGM, IP, BC	Éteignez le lecteur et branchez la petite extrémité du câble USB dans le Port USB sur le compteur et la grande extrémité dans le port USB.
Guide Accu-Chek	BGM	Éteignez le lecteur et branchez la petite extrémité du câble USB dans le port USB du lecteur et la grande extrémité dans le port USB.
Accu-Chek Guide Me	BGM	Éteignez le lecteur et branchez la petite extrémité du câble USB dans le port USB du mètre et la grande extrémité dans le port USB.
Accu-Chek Insight	BGM, IP, BC	BGM : Éteignez le lecteur et branchez la petite extrémité du câble USB dans le port USB du lecteur et la grande extrémité dans le port USB. ---- IP : Si vous utilisez la pompe à insuline, vous devez d'abord la coupler avec un lecteur Accu-Chek Aviva Insight ou Performa Insight, et suivre les instructions BGM :
Accu-Chek Instant	BGM	Branchez la petite extrémité du câble USB dans le port USB du lecteur et la grande extrémité dans le port USB. Si le lecteur est éteint, il s'allumera lorsqu'il sera connecté à l'ordinateur.
Transfert instantané Accu-Chek	BGM	Branchez la petite extrémité du câble USB dans le port USB du lecteur et la grande fin dans le port USB. Si le lecteur est éteint, il s'allumera lorsqu'il sera connecté à l'ordinateur.
Accu-Chek Instant S	BGM	Branchez la petite extrémité du câble USB dans le port USB du lecteur et la grande fin dans le port USB. Si le lecteur est éteint, il s'allumera lorsqu'il sera connecté à l'ordinateur.
Accu-Chek Mobile	BGM	Avec le compteur éteint, appuyez et maintenez les deux boutons fléchés sur le compteur en même temps jusqu'à ce que le compteur s'allume. Sélectionnez Transfert de données.
Accu-Chek Performa Connect	BGM	Éteignez le lecteur, appuyez et maintenez enfoncés les boutons et OK. Sélectionnez Transfert de données, puis branchez la petite extrémité du câble USB dans le port USB du lecteur et la grande extrémité dans le port USB.
Accu-Chek Performa Insight	BGM, IP, BC	Éteignez le lecteur et branchez la petite extrémité du câble USB dans le Port USB sur le compteur et la grande extrémité dans le port USB.

NOM DE L'APPAREIL	TYPE D'APPAREIL	INSTRUCTIONS DE COMMUNICATION
Accu-Chek SoloM	IP	BGM : Connectez la petite extrémité du câble USB au port USB du lecteur. Accédez au menu principal et sélectionnez l'icône USB. ---- IP : Si vous utilisez la pompe à insuline, vous devez d'abord la coupler avec un lecteur Accu-Chek Aviva Insight ou Accu-Chek Performa Insight , et suivez les instructions BGM :

BGM = lecteur de glycémie

IP = Pompe à insuline

BC = Calculateur de bolus

Configuration requise

Pour des performances optimales, nous vous recommandons vivement d'utiliser les navigateurs Web Chrome, Edge, Firefox ou Safari. Nous ne pouvons pas garantir l'accès à toutes les fonctionnalités de l'application, lors de l'utilisation d'autres navigateurs, tels qu'Internet Explorer.

Vous devez avoir Windows 10 ou supérieur installé.

Le plugin n'est pas compatible avec Device Link pour macOS.

Vous devez disposer des droits d'administrateur sur votre ordinateur pour installer Device Link pour la première fois et pour toute mise à jour incluant des modifications du pilote .

Dépannage

Si la dernière version du logiciel Device Link n'est pas installée, vous devez interrompre les téléchargements automatiques depuis Accu-Chek Connection Manager avant de pouvoir télécharger les données avec succès.

1. Faites un clic droit sur l'icône Accu-Chek Connection Manager dans votre barre des tâches.
2. Cliquez sur Pause.
3. Une fenêtre de notification s'affiche. Cliquez sur OK.

Ensuite, redémarrez le processus de téléchargement.

Contacter le support client