RocheDiabetes Care Platform

Istruzioni per l’uso v2.9

Versione attualizzata: 10-2023

Informazioni sul prodotto v2.9

Informazioni generali

Queste informazioni sono valide per:

software RocheDiabetes Care Platform, versione 2.9

Software per la gestione del diabete

Spiegazione dei simboli

Questi simboli potrebbero comparire sul portale online o nel manuale per l'uso.

Attenzione, osservare le avvertenze di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso del prodotto.

MD

Dispositivo medico

UDI

Identificativo unico del dispositivo

Fabbricante
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
Germany

Data di fabbricazione

CH REP

& Importatore
Roche Diabetes Care (Schweiz)
AG Forrenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Svizzera
Numero di telefono 0800 803 303
info@accu-chek.ch

CE 0123

È conforme alle disposizioni delle normative dell'UE applicabili

Consultare le istruzioni per l'uso in formato elettronico

Uso previsto

RocheDiabetes Care Platform

RocheDiabetes Care Platform (RDCP) è un'applicazione software per il personale sanitario e per le persone con diabete.

RDCP è indicata come ausilio nella terapia del diabete. Questo strumento di gestione delle informazioni aiuta gli operatori sanitari, le persone con diabete e i caregiver a monitorare, organizzare e visualizzare in modo immediato le informazioni relative ai pazienti e i dati riguardanti il diabete.

RDCP può essere utilizzata sia a domicilio che presso le strutture sanitarie.

Indicazioni per l'uso

RDCP è uno strumento che aiuta gli operatori sanitari e le persone con diabete a gestire e visualizzare i dati relativi al diabete (ad esempio: glicemia, HbA1c e dati CGM).

Controindicazioni

Questo strumento non deve essere utilizzato dalle persone con diabete per apportare modifiche alla terapia o per prendere decisioni senza avere prima consultato l'operatore sanitario e ottenuto la sua approvazione.

Gestione visite e comunicazione

Gestione visite e comunicazione è un'applicazione basata sul web creata per RocheDiabetes Care Platform. Il suo scopo è consentire la gestione delle informazioni associate agli incontri tra gli operatori sanitari e i pazienti e la comunicazione tra gli stessi.

Precauzioni, avvertenze e note

In RocheDiabetes Care Platform le seguenti informazioni vengono messe in evidenza in modo particolare:

AVVERTENZA

Un'**AVVERTENZA** indica un pericolo grave e prevedibile.

PRECAUZIONE

Una **PRECAUZIONE** descrive una misura da adottare al fine di utilizzare il prodotto in maniera sicura ed efficace o al fine di evitare il danneggiamento del prodotto stesso.

NOTA
Una **NOTA** segnala informazioni importanti che aiutano a utilizzare al meglio il prodotto.

Precauzioni, avvertenze e note

PRECAUZIONE

Rischio di ritardo nella regolazione della terapia o di errata regolazione della terapia
Alcune applicazioni esterne (app) non condividono tutti i dati con questo software.
Quando si immettono dati dalle app nel software, assicurarsi che tutti i dati siano presenti prima di utilizzare il software per l'analisi dei dati e le decisioni terapeutiche. Eventuali dati mancanti possono comportare interpretazioni e decisioni terapeutiche errate.

NOTA
I valori HI/LO al di fuori dell'intervallo di misura dei dispositivi non sono rappresentati nella versione attuale dell'applicazione.

Informazioni importanti

È stato fatto tutto il possibile per garantire che le informazioni qui contenute siano corrette al momento della pubblicazione. Ciononostante, Roche Diabetes Care si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso per finalità di sviluppo del prodotto.

Alcune opzioni non sono disponibili in tutti i Paesi. Per chiarimenti sulle funzionalità disponibili nel proprio Paese, contattare il servizio assistenza locale.

Non tutti i dispositivi sono disponibili in tutti i Paesi.

Segnalazione di incidenti gravi

I pazienti/gli utenti/le terze parti nell'Unione Europea e nei Paesi in cui si applica un identico regolamento possono segnalare presso il produttore e l'autorità nazionale competente un incidente grave avvenuto durante l'utilizzo o in seguito all'utilizzo del dispositivo.

Protezione dei dati

Roche Diabetes Care GmbH ("Roche") si impegna a proteggere le informazioni personali degli utenti. La nostra Informativa sulla privacy delinea i tipi di informazioni personali che Roche può raccogliere, i mezzi con cui Roche può raccogliere, utilizzare o condividere le informazioni personali dell'utente, le misure adottate da Roche per proteggere le informazioni personali dell'utente e le scelte che vengono fornite in relazione all'uso delle informazioni personali dell'utente.

È possibile visualizzare la nostra Informativa sulla privacy da Supporto nel menu del centro assistenza.

Icone

Queste informazioni sono valide per il software RocheDiabetes Care Platform versione 2.9

È stato fatto tutto il possibile per garantire che le informazioni qui contenute siano corrette al momento della pubblicazione. Ciononostante, Roche Diabetes Care si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso per finalità di sviluppo del prodotto.

Icone generali

- Home
- Crea nuovo paziente
- Dati non sufficienti
- Scorte
- Profilo dell'operatore sanitario
- Registro
- Carica dati
- Diario
- Registro 24 ore
- Guida
- Dettagli
- Impostazioni RPM
- Informazioni
- Andamento
- Avvertenze e precauzioni
- Informazioni aggiuntive
- Espandi
- Azioni
- Selezione calendario
- Comprimi
- Esporta report di fatturazione
- Nessun dato disponibile
- Menu a discesa
- Invia record medici elettronici

Icone del grafico dell'andamento

- Glicemia
- Linee di connessione
- Intervallo ideale
- Ipoglicemia
- Glicemia dopo il pasto
- Sintomi ipoglicemia
- Glicemia prima del pasto
- Soglia dell'ipoglicemia
- Glicemia media

Icone del controllo metabolico

- Glicemia media / SD media
- Glicemia / SD media
- 1 SD/2 SD
- Soglia ipoglicemia
- Intervallo ideale

Icone del registro

- Notte
- Ora di coricarsi
- Prima del pasto
- Dopo il pasto

Icone del quadro generale

- Completato
- Avvertenza
- Quadro generale delle scorte
- Dati non sufficienti

Icone del bolo

- Bolo standard
- Attivo
- Aumento PBT
- Bolo rapido
- Inattivo
- Riduzione PBT
- Bolo prolungato
- Insulina
- Pausa
- Bolo multiwave
- Carboidrati
- Velocità basale

Requisiti di sistema

Software per la gestione del diabete

RocheDiabetes Care Platform è compatibile con i seguenti browser:

Chrome per Windows75.0.3770.142

Chrome per macOS75.0.3770.142

Edge per Windows 1011

Safari / OSX Mojave (10.14.4)12.1.1

Risoluzione minima dello schermo 1024 × 768 px e colore a 16 bit

Impressum

Roche Diabetes Care GmbH

Sandhofer Straße 116;
D-68305 Mannheim;
Telefono +49-621-759-0;
Fax +49-621-759-2890;
mannheim.allgemein@roche.com

Sede della società: Mannheim
Registrazione presso il tribunale: AG Mannheim HRB 720251
Amministratore: Michael Goetzl
CEO: Dr. Thomas Schinecker

Autorità di vigilanza:

Regierungspräsidium Karlsruhe
Sede principale Heidelberg
Referat 54.1 Industrie
Waldhofer Straße 100
69123 Heidelberg

Partita IVA: DE 297138554

Linea di marchi

ROCHEDIABETES, ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT, ACCU-CHEK AVIVA NANO, ACCU-CHEK AVIVA SOLO, ACCU-CHEK COMBO, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK GO, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK GUIDE ME, ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK NANO, ACCU-CHEK PERFORMA, ACCU-CHEK PERFORMA COMBO, ACCU-CHEK PERFORMA CONNECT, ACCU-CHEK PERFORMA EXPERT, ACCU-CHEK PERFORMA INSIGHT, ACCU-CHEK PERFORMA NANO, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK SOLO, ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, ACCU-CHEK 360°, D-TRONPLUS, MYSUGR e VOICEMATE sono marchi di Roche.

Il nome e il logo *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Roche è concesso in licenza.

Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2023 Roche Diabetes Care

Operazioni iniziali

Informazioni sulla piattaforma

RocheDiabetes Care Platform è uno strumento che supporta i professionisti sanitari nelle loro decisioni e consente di visualizzare i dati sanitari in modo rapido e li aiuta nella gestione del diabete dei pazienti.

Per una guida alle diverse schede e sezioni, fare clic sulle icone ⓘ che vengono visualizzate in tutta la piattaforma. Per ulteriori dettagli su RocheDiabetes Care Platform, compreso un elenco delle icone utilizzate, visitare la sezione Informazioni sul prodotto nel menu del Centro assistenza.

Spostarsi nella piattaforma

Barra di navigazione

È possibile accedere alla maggior parte delle azioni e delle sezioni principali della piattaforma dalla barra di spostamento orizzontale che si trova nella parte superiore della schermata.

Per accedere alle funzioni generali della piattaforma, aprire il menu Azioni ⠿ a sinistra del nome del profilo. Qui sono disponibili le seguenti opzioni:

- Crea nuovo paziente
- Aggiungi un medico
- Gestisci il Centro scorte
- Carica dati
- Esporta report di fatturazione
- Configura impostazioni programma di telemonitoraggio
- Stampa e scarica

Per tornare alla schermata iniziale, fare clic sul logo a sinistra della barra di ricerca o sull’icona Home.

Per cercare un paziente, digitarne il nome o l’ID nella barra di ricerca.

Per organizzare l’elenco dei pazienti in Gestione dei pazienti in base al tipo di dispositivo, passare dalla scheda BGM alla scheda CGM. I pazienti che utilizzano più tipi di dispositivi verranno visualizzati in entrambi gli elenchi.

Per visualizzare le informazioni BGM, CGM o Pattern per un paziente selezionato, accedere alle schede corrispondenti visualizzate nella barra di spostamento superiore della Vista paziente. Le schede visualizzate dipendono dal dispositivo del paziente e dalle funzionalità abilitate presso il centro sanitario.

Per generare un report di cartella clinica elettronica e inviarlo al sistema EMR del proprio centro, fare clic sull’icona Invia record medici elettronici a sinistra dell’icona Home nella Vista paziente.

Per aprire il centro assistenza per le risorse informative e di supporto, fare clic sull’icona del punto interrogativo.

Per aprire il centro notifiche, fare clic sull’icona del campanello. Quando sono presenti nuove notifiche, sull'icona compare un rettangolo blu.

Per gestire il proprio profilo, fare clic sul nome del profilo alla fine della barra di spostamento. Si apre un menu a discesa che visualizza le seguenti opzioni:

- Aggiornare i dettagli del profilo.

- Modificare la password.

- Modificare gli intervalli glicemici ideali predefiniti che verranno applicati a tutti i pazienti futuri.

Barra Profilo del paziente

Dopo avere selezionato un paziente dall'elenco della schermata iniziale, si apre la Vista paziente.

Nella parte superiore della Vista paziente una barra orizzontale visualizza le informazioni generali sul paziente selezionato, sotto la barra di spostamento.

Per accedere alle azioni del menu Impostazioni paziente, fare clic sul menu a discesa che si trova accanto al nome del paziente.

Per selezionare il periodo temporale per le informazioni visualizzate, selezionare un intervallo preimpostato di 7, 14 o 28 giorni o personalizzarlo con il calendario.

Fare clic sulle frecce ai due lati della selezione della data per spostarsi avanti e indietro nel periodo temporale selezionato.

NOTA
Alcune di queste funzioni sono opzionali e vengono visualizzate solo se disponibili nel proprio paese e abilitate presso il proprio centro.

Schermata iniziale

Dalla schermata Home è possibile:

- Visualizzare un elenco dei propri pazienti, con le informazioni personali e mediche che li identificano.

- Cercare i pazienti del proprio centro.

- Creare un nuovo paziente.

Una barra di spostamento viene visualizzata orizzontalmente nella parte superiore della schermata. Vedere la sezione Spostarsi nella piattaforma per tutti i dettagli.

Gestione dei pazienti

Se Gestione dei pazienti è abilitata nel proprio centro, la schermata iniziale visualizza anche un riepilogo degli ultimi 14 giorni di dati caricati dal misuratore di glicemia o dal dispositivo di monitoraggio in continuo del glucosio di ciascun paziente.

La schermata iniziale consente di eseguire le seguenti azioni:

- Per organizzare l'elenco dei pazienti in base al dispositivo in uso, passare dalla scheda BGM a CGM nella parte superiore della schermata. I pazienti che utilizzano entrambi i dispositivi vengono visualizzati in tutti e due gli

elenchi.

- Per cercare un paziente, digitare il nome o l'ID nella barra di ricerca nella parte superiore della schermata.

- Per restringere la ricerca per categoria, fare clic su Filtri. Selezionare le caselle di controllo e fare clic su Cerca adesso. Fare clic su Cancella tutti i filtri a destra del pulsante Filtri per rimuovere tutti i filtri.

- Per modificare il numero di pazienti visualizzati per pagina, fare clic sul menu a discesa Risultati per pagina sopra l'elenco dei pazienti.

- Per modificare l'ordine di visualizzazione delle informazioni, fare clic sul menu a discesa Ordina per. Selezionare l'opzione di ordinamento preferita e utilizzare le frecce su/giù a destra per organizzarle in ordine crescente o decrescente.

- Per creare un nuovo paziente, fare clic sul pulsante Crea nuovo paziente in alto a destra nella schermata.

- Per accedere a informazioni aggiuntive, fare clic sulla freccia a discesa alla fine di ogni riga del paziente.

- Per visualizzare dati più dettagliati su un paziente specifico, fare clic sul suo nome. Verrà aperta la Vista paziente. Da qui è anche possibile eseguire ulteriori azioni relative al paziente.

Telemonitoraggio del paziente

Se il programma di telemonitoraggio del paziente è abilitato presso il proprio centro e il paziente si è registrato, la colonna Informazioni sul paziente di Gestione dei pazienti visualizza:

- Un tag PRM.

- Un link Crea nota per creare una nota su questo paziente. L'icona delle notifiche a destra visualizza un rettangolo blu se sono presenti notifiche di check-in non lette.

Per inserire un paziente nel programma di telemonitoraggio da Gestione dei pazienti:

1. Fare clic sulla freccia a discesa alla fine della riga.

2. Fare clic sul pulsante Inserisci paziente visualizzato sotto il Programma di telemonitoraggio.

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione Telemonitoraggio del paziente della presente guida introduttiva.

Visualizzazione di un paziente

RocheDiabetes Care Platform visualizza i dati dei pazienti caricati dai loro dispositivi in diversi formati e contesti, per consentire all'operatore di monitorare e analizzare lo stato del loro diabete in modo dettagliato.

Se Gestione dei pazienti è abilitata nel proprio centro, nella schermata iniziale è possibile visualizzare un elenco dei pazienti, con le informazioni personali e mediche che li identificano, e un riepilogo dei dati caricati negli ultimi 14 giorni dal misuratore di glicemia o dal dispositivo di monitoraggio in continuo del glucosio di ciascun paziente.

Ricerca di un paziente

Per cercare un paziente, digitare il nome o l'ID nella barra di ricerca nella parte superiore della schermata.

Dopo avere selezionato un paziente dall'elenco della schermata iniziale, si apre la Vista paziente.

Vista paziente

La Vista paziente mostra tutti i dati caricati dal dispositivo del paziente, suddivisi in schede diverse per comodità.

Per visualizzare le informazioni BGM, CGM o Pattern per il paziente, accedere alle schede corrispondenti visualizzate nella barra di spostamento in alto. Le schede visualizzate dipendono dal dispositivo del paziente e dalle funzionalità abilitate presso il centro sanitario.

Se il paziente è iscritto al programma di telemonitoraggio, sul lato destro viene visualizzata una barra laterale con le funzionalità legate alla Cura del paziente.

Barra Profilo del paziente

Nella parte superiore della Vista paziente una barra orizzontale visualizza le informazioni generali sul paziente selezionato, sotto la barra di spostamento.

Per accedere alle azioni del menu Impostazioni paziente, fare clic sul menu a discesa che si trova accanto al nome del paziente. Qui sono disponibili le seguenti opzioni:

- Modificare le informazioni personali e mediche del paziente.
- Personalizzare i quattro periodi temporali della giornata del paziente.
- Modificare gli intervalli glicemici ideali del paziente.
- Visualizzare tutti i dispositivi sincronizzati con il paziente.

Per selezionare il periodo temporale per le informazioni visualizzate, selezionare un intervallo preimpostato di 7, 14 o 28 giorni o personalizzarlo con il calendario. Fare clic sulle frecce ai due lati della selezione della data per spostarsi avanti e indietro nel periodo temporale selezionato.

NOTA
Alcune funzioni della Vista paziente sono opzionali e vengono visualizzate solo se disponibili nel proprio paese e abilitate presso il proprio centro.

Caricamento dei dati da un dispositivo

È possibile caricare i dati sanitari sull'account di un paziente da un dispositivo collegato.

- Per i dispositivi Accu-Chek con USB, caricare i dati del dispositivo direttamente dalla piattaforma con il plug-in Device Link.

Per dispositivi Accu-Chek con infrarossi e dispositivi di terzi, utilizzare il software Device Link per caricare i dati e sincronizzarsi con la piattaforma.

Fare clic sul pulsante Carica dati nella barra di spostamento e selezionare l'opzione corrispondente. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo o fare clic su ⓘ per ulteriori informazioni.

Installazione del software Device Link

Se non è stato ancora installato il software Device Link, fare clic su Scarica software Device Link. Quindi eseguire il file scaricato.

- Se si utilizza Windows

Seguire le istruzioni riportate sullo schermo e fare clic su Installa. Durante la configurazione di Device Link, vengono automaticamente installati due componenti:

1. Il plug-in Sinovo Connection Center, che consente di caricare i dati da altri dispositivi supportati dal prodotto e crea una cartella di importazione sul desktop per il caricamento automatico dei file.

2. Accu-Chek® 360° Connection Manager; questo programma deve essere in esecuzione per consentire all'applicazione Device Link di comunicare con i dispositivi USB.

Quando Device Link è installato e in esecuzione, nell'area di notifica (barra delle applicazioni) o sul desktop del computer compaiono delle icone. Le icone indicano lo stato dell'applicazione e gli eventuali interventi dell'utente.

- Se si utilizza macOS

Inserire la password del computer per autorizzare la configurazione di Device Link. Quindi, seguire le istruzioni riportate sullo schermo e fare clic su Installa.

L'applicazione si avvierà automaticamente al termine del processo di installazione e successivamente a ogni riavvio del sistema.

Device Link visualizza un'icona sulla barra delle applicazioni in alto. Fare clic sull'icona per aprirla.

NOTA
Se non si dispone del plug-in Sinovo e si desidera ottenerlo, contattare il proprio amministratore di sistema o il servizio assistenza del proprio paese.

Stampa e download dei report

Dal menu Azioni è possibile creare, stampare e scaricare i referti per un paziente.

1) Selezionare il periodo dal calendario del profilo del paziente.

2) Dalla barra di spostamento, fare clic sull'icona del menu Azioni e selezionare Stampa e scarica.

3) Selezionare il contenuto:

- Referto medico del paziente

- Registro

- Impostazioni del dispositivo

4) Fare clic su Avanti per generare il referto. Questa procedura può durare fino a 8 secondi. Al termine si apre una nuova finestra che visualizza l'anteprima del referto.

5) Nella parte superiore destra della schermata, fare clic sull'icona pertinente per stampare o scaricare il referto.

NOTA
I report scaricati vengono archiviati nella cartella dei download del computer in uso.

Telemonitoraggio del paziente

Il programma di telemonitoraggio del paziente è una funzione progettata per migliorare i canali di comunicazione tra il personale sanitario e i pazienti.

È possibile monitorare i pazienti iscritti al programma di telemonitoraggio in maniera rapida, ma anche nel dettaglio, ed è anche possibile visualizzare il grado di compliance dei pazienti al programma stesso.

Il programma di telemonitoraggio consente inoltre di creare note e commenti, di condividerli con un paziente (se lo si desidera) e di esportare le note in PDF.

Per accedere a Note di assistenza al paziente e ai commenti, aprire la barra laterale blu in Vista paziente.

Inserimento di un paziente nel programma di telemonitoraggio

Per inserire un paziente, il programma di telemonitoraggio deve essere disponibile presso il proprio centro.

È possibile iscrivere un paziente in uno dei tre modi seguenti.

- Dalla schermata Crea nuovo paziente, selezionare la casella di controllo per il programma RPM.

- Da Gestione dei pazienti, fare clic sulla freccia alla fine della riga Informazioni sul paziente per il paziente che si desidera inserire nel programma di telemonitoraggio e fare clic su Inserisci paziente.

- Da Vista paziente, selezionare Modifica paziente nel menu Impostazioni paziente.

NOTA
Questa funzione opzionale viene visualizzata solo se disponibile nel proprio paese e abilitata presso il proprio centro.

Cartella clinica elettronica

RocheDiabetes Care Platform può integrarsi con il sistema di cartelle cliniche elettroniche (EMR) del centro per consentire lo scambio di dati dei pazienti.

L’integrazione invia automaticamente tutti i nuovi dati sulla glicemia caricati nel sistema EMR.

Per generare un report EMR e inviarlo al sistema EMR del proprio centro, fare clic sull’icona Invia record medici elettronici nella barra di spostamento dalla Vista paziente.

È possibile accedere e stampare il report tramite l'EMR in uso nel proprio centro.

A parte le informazioni relative alle opzioni della piattaforma, solo il sistema informativo ospedaliero (HIS) può creare e modificare le informazioni del profilo del paziente e dell’operatore sanitario.

NOTA
Questa funzione opzionale viene visualizzata solo se disponibile nel proprio paese e abilitata presso il proprio centro.

Monitoraggio del tempo tempi di cura del paziente

Il Monitoraggio del tempo documenta il tempo dedicato alla cura del paziente all'interno della piattaforma.

Un timer posto sotto il nome del paziente viene avviato una volta aperta la Vista paziente del paziente selezionato. Quando si esce dalla Vista paziente, il timer si interrompe e la visita termina e i dati vengono salvati.

Per aggiungere ulteriori informazioni sulla visita, fare clic sul timer.

Per visualizzare i rapporti sulla cura del paziente ottenuti da queste visite, andare a Note nella barra laterale. Un tag Referto viene mostrato sulle voci che rappresentano le visite di Cura del paziente.

Per esportare un PDF da questi rapporti o da qualsiasi altra nota/commento, fare clic sui pulsanti di download corrispondenti in Note e rapporti.

Per esportare un report di fatturazione contenente le informazioni raccolte dal Monitoraggio del tempo per tutte le visite dei pazienti, per un periodo temporale specifico, fare clic su Esporta report di fatturazione dal menu Azioni della barra di spostamento.

Per impostazione predefinita, il periodo temporale corrisponde agli ultimi 14 giorni. Per selezionare un periodo temporale diverso per il report di fatturazione entro gli ultimi 365 giorni, selezionare un intervallo preimpostato di 7, 14 o 28 giorni, oppure personalizzarlo con il calendario. Fare clic sulle frecce ai due lati della selezione della data per spostarsi avanti e indietro nel periodo temporale selezionato.

NOTA
Questa funzione opzionale viene visualizzata solo se disponibile nel proprio paese e abilitata presso il proprio centro.

Distribuzione del livello glicemico

Questa scheda visualizza i valori glicemici come percentuale entro, sopra o sotto gli intervalli ideali su un grafico a barre con colori diversificati.

Per modificare le soglie dell'intervallo ideale:

1. Fare clic sulla freccia accanto al nome del paziente per accedere al menu Impostazioni paziente.
2. Selezionare gli intervalli glicemici ideali.
3. Modificare gli intervalli ideali multipli di glicemia e pattern relativi a prima del pasto, dopo il pasto e ora di coricarsi.

Tutte le soglie possono essere modificate, fatta eccezione per l'ipoglicemia, la quale deve avere lo stesso intervallo per prima del pasto, dopo il pasto e ora di coricarsi.

Quadro generale

La scheda dello stato è un riepilogo di base dei risultati dei test che tiene conto dei seguenti parametri:

Rischio ipoglicemico

Rappresenta la frequenza e, quindi, il rischio che i risultati glicemici siano troppo bassi. Il rischio ipoglicemico viene misurato applicando il calcolo per Low Blood Glucose Index (LBGI, Indice di glicemia bassa). L'obiettivo è quello di ottenere il valore più basso possibile:

Verde: rischio ipoglicemico basso (da 0 a 2,5)

Arancione: rischio ipoglicemico moderato (da 2,6 a 4,9)

Rosso: rischio ipoglicemico alto (superiore a 5)

È possibile calcolare il rischio ipoglicemico solo se si soddisfa uno dei seguenti criteri:

- Sono disponibili 28 misurazioni della glicemia per ogni caricamento di dati, indipendentemente dal periodo temporale selezionato.

- Sono disponibili 6 misurazioni al giorno per almeno 3 giorni consecutivi, quando il periodo temporale selezionato è di 21 giorni o meno.

Glicemia media

Si tratta della media aritmetica di tutti i valori glicemici. Lo stato visualizzato cambia da verde quando il valore è al di fuori dell'intervallo ideale prestabilito.

Verde: entro l'intervallo

Arancione: al di fuori dell'intervallo ideale

Rosso: significativamente al di fuori dell'intervallo ideale

La glicemia media può essere calcolata solo se sono disponibili almeno 2 misurazioni nel periodo temporale selezionato.

Variabilità

La variabilità viene calcolata in base alla deviazione standard (SD) o alla dispersione dei risultati analizzati. Lo stato è definito come SD relativa correlata alla glicemia media:

Verde: tra lo 0% e il 36% della glicemia media (variabilità stabile)

Rosso: oltre il 36% della glicemia media (variabilità instabile)

La variabilità può essere calcolata solo se sono disponibili almeno 2 misurazioni nel periodo temporale selezionato.

Per accedere a dettagli e opzioni aggiuntivi, fare clic sulla doppia freccia in alto a destra di questa scheda per espanderla.

Da questa vista espansa, vengono visualizzate le statistiche della glicemia oltre al quadro generale della glicemia. I cerchi colorati indicano la quantità di variabilità rispetto ai valori ideali. Nel caso in cui non vi siano dati sufficienti, i cerchi sono grigi.

Per visualizzare i dettagli in intervalli settimanali, mensili e trimestrali, fare clic e selezionare una delle opzioni a discesa del calendario.

NOTA
Le ipoglicemie sono classificate come basse e molto basse in base ai valori predefiniti specificati in Intervallo glicemico ideale.

Ipoglicemia

Questa scheda fornisce informazioni relative agli episodi ipoglicemici di un paziente. Mostra quanto segue:

- Numero totale di ipoglicemie.

- Numero totale di valori bassi e quando si sono verificati.

- Numero totale di valori molto bassi e quando si sono verificati.

NOTA
Le ipoglicemie sono classificate come Basse e Molto basse in base agli intervalli glicemici ideali definiti per questo paziente.

Statistiche

Questa scheda mostra:

- Media misurazioni al giorno.

- Numero totale di misurazioni della glicemia durante il periodo temporale selezionato.

- Deviazione standard.

Se la scheda indica Nessun dato disponibile, è necessario procedere a un caricamento dei dati per fornire i risultati.

Per accedere alle statistiche generali relative alle variazioni del bolo e della velocità basale generate dai dispositivi di questo paziente, fare clic sulla doppia freccia in alto a destra di questa scheda.

La visualizzazione dei risultati dei controlli HI/LO non è supportata nella versione corrente dell'applicazione.

NOTA
Se sono presenti i dati del microinfusore per insulina, il bolo standard include sia il bolo standard che quello rapido.

NOTA
È possibile accedere alle statistiche generali prodotte dai dispositivi di questo paziente anche dalla scheda espansa Grafici e rapporti.

HbA1c

Da questa scheda è possibile visualizzare l'ultimo valore HbA1c immesso.

Per inserire un nuovo valore o visualizzare le voci precedenti, fare clic sul pulsante + nell'angolo in alto a destra.

Una volta salvato, il valore HbA1c non può essere modificato o eliminato. È possibile sovrascrivere una voce precedente selezionando la stessa data e immettendo un nuovo valore.

NOTA
È necessario arrotondare i valori HbA1c a un decimale.

Grafici e report

Andamento

Questo grafico a linee mostra tutti i valori glicemici durante il periodo temporale selezionato; in questo modo consente di visualizzare le variazioni nei livelli glicemici nel corso del tempo. Questo grafico visualizza anche il profilo basale, le iniezioni e i carboidrati, se tali informazioni sono disponibili.

- Per visualizzare informazioni dettagliate su una misurazione, passare con il mouse su un punto del grafico.

- Per isolare un giorno, fare clic su una linea all'interno del grafico.

- Per semplificare l'interpretazione del grafico, fare clic su Legenda in alto a destra in questa scheda.

- Per filtrare le informazioni visualizzate sul grafico, deselezionare la casella di controllo corrispondente nella legenda.

- Per aprire una misurazione nel Registro, fare doppio clic sul punto corrispondente del grafico.

- Fare clic sulla doppia freccia in alto a destra di questa scheda per espanderla. Da qui è possibile accedere a ulteriori dettagli:

- Per passare dalla visualizzazione del grafico a linee a quella del grafico a riquadri, selezionare le schede a sinistra della legenda. Nella visualizzazione del grafico a riquadri, passare con il mouse sulle caselle blu del grafico per un riepilogo delle misurazioni della glicemia registrate per ogni giorno.

- Per visualizzare i risultati in ordine numerico, fare clic su Statistiche in alto a destra in questa scheda.

Giorno standard

Questo grafico a linee mostra i dati su una griglia di 24 ore suddivisa in periodi temporali prima e dopo i pasti; in questo modo consente di visualizzare le variazioni nei livelli glicemici in orari diversi della giornata. Questo grafico visualizza anche il profilo basale, le iniezioni e i carboidrati, se tali informazioni sono disponibili.

Ogni linea del grafico rappresenta un giorno e mostra l'andamento del paziente nel periodo temporale selezionato.

- Per visualizzare informazioni dettagliate su una misurazione, passare con il mouse su un punto del grafico.

- Per isolare un giorno, fare clic sulla linea corrispondente del grafico.

Per semplificare l'interpretazione del grafico, fare clic su Legenda in alto a destra in questa scheda.

- Per filtrare le informazioni visualizzate sul grafico, deselezionare la casella di controllo corrispondente nella legenda.

- Per aprire una misurazione nel Registro, fare doppio clic sul punto corrispondente del grafico.

- Fare clic sulla doppia freccia in alto a destra di questa scheda per espanderla. Da qui è possibile accedere a ulteriori dettagli:

- Per passare dalla visualizzazione del grafico a linee a quella del grafico a riquadri, selezionare le schede a sinistra della legenda. Nella visualizzazione del grafico a riquadri, passare con il mouse sulle caselle blu del grafico per un riepilogo delle misurazioni della glicemia registrate per ogni giorno.

- Per visualizzare i risultati in ordine numerico, fare clic su Statistiche in alto a destra in questa scheda.

Settimana standard

Questo grafico a linee mostra i dati organizzati in una griglia corrispondente a una settimana, da lunedì a domenica; in questo modo consente di visualizzare le variazioni dei livelli glicemici in giorni specifici. Questo grafico visualizza anche il profilo basale, le iniezioni e i carboidrati, se tali informazioni sono disponibili.

- Per visualizzare informazioni dettagliate su una misurazione, passare con il mouse su un punto del grafico.

- Per isolare un giorno, fare clic sulla linea corrispondente del grafico.

- Per semplificare l'interpretazione del grafico, fare clic su Legenda in alto a destra in questa scheda.

- Per filtrare le informazioni visualizzate sul grafico, deselezionare la casella di controllo corrispondente nella legenda.

- Per aprire una misurazione nel Registro, fare doppio clic sul punto corrispondente del grafico.

- Fare clic sulla doppia freccia in alto a destra di questa scheda per espanderla. Da qui è possibile accedere a ulteriori dettagli:

- Per passare dalla visualizzazione del grafico a linee a quella del grafico a riquadri, selezionare le schede a sinistra della legenda. Nella visualizzazione del grafico a riquadri, passare con il mouse sulle caselle blu del grafico per un riepilogo delle misurazioni della glicemia registrate per ogni giorno.

- Per visualizzare i risultati in ordine numerico, fare clic su Statistiche in alto a destra in questa scheda.

Registro

- Il Registro 24 ore mostra i dati del dispositivo in celle temporali orarie, oltre a un riepilogo dei carboidrati giornalieri, dell’insulina basale e della glicemia media.

Ogni cella temporale mostra colori diversi per i valori glicemici, a seconda che i risultati siano sotto, entro o sopra l'intervallo.

- Per visualizzare informazioni dettagliate su una misurazione, passare con il mouse sulle celle.

- Per semplificare l'interpretazione del grafico, fare clic su Legenda in alto a destra in questa scheda.

- Per accedere a dettagli e opzioni aggiuntivi, fare clic sulla doppia freccia in alto a destra di questa scheda per espanderla.

Dalla vista espansa di questo registro, è possibile passare tra tre viste aggiuntive:

Registro

Visualizza una tabella cronologica suddivisa in colonne che rappresentano i risultati ottenuti in diversi periodi temporali.

Ogni cella temporale mostra colori diversi per i valori glicemici, a seconda che i risultati siano sotto, entro o sopra l'intervallo.

Diario

Mostra una tabella cronologica con informazioni su data e ora, calibrazione, glicemia, carboidrati e insulina, incluse le informazioni sul microinfusore, se disponibile.

Le icone utilizzate nelle voci del diario corrispondono ai report del microinfusore.

Statistiche giornaliere

Mostra i dati relativi a glicemia, carboidrati e insulina, compresi la glicemia media, il riepilogo dei carboidrati e i riepiloghi dell'insulina (bolo, basale e altro).

NOTA
La versione attuale dell'applicazione non supporta:
- La possibilità di visualizzare i dati dei risultati del controllo HI/LO.
- La possibilità di modificare e aggiungere simboli (ad es. digiuno, stress, malattia) nel registro. Vengono visualizzati solo i simboli dei pasti associati alle misurazioni della glicemia.
- La possibilità di visualizzare in qualsiasi momento le regolazioni temporali, gli eventi determinati dal cambio dell'ora legale o dagli spostamenti tra fusi orari, o le regolazioni temporali eseguite su qualsiasi dispositivo medico.

NOTA
Per informazioni su come modificare i periodi temporali, selezionare Periodi temporali dal menu a discesa Impostazioni paziente posto accanto al nome del paziente e fare clic sull'icona della "i".

Controllo metabolico

La glicemia media (asse y) e la deviazione standard (asse x) vengono calcolate per ogni giorno del periodo temporale selezionato. Questi due risultati rappresentano le coordinate che producono un grafico a dispersione. Per velocizzare la valutazione del controllo metabolico di un paziente, la scheda è suddivisa in quattro quadranti.

La media di tutti i valori rappresentati è contrassegnata da una croce blu riportata sul grafico.

- Per visualizzare informazioni dettagliate su una misurazione, passare con il mouse su un punto del grafico.

- Per semplificare l'interpretazione del grafico, fare clic su Legenda in alto a destra in questa scheda.

Statistiche

Questa scheda mostra:

- Media misurazioni al giorno.

- Numero totale di misurazioni della glicemia durante il periodo temporale selezionato.

- Deviazione standard.

Se la scheda indica Nessun dato disponibile, è necessario procedere a un caricamento dei dati per fornire i risultati.

Per accedere alle statistiche generali relative alle variazioni del bolo e della velocità basale generate dai dispositivi di questo paziente, fare clic sulla doppia freccia in alto a destra di questa scheda per espanderla.

La visualizzazione dei risultati dei controlli HI/LO non è supportata nella versione corrente dell'applicazione.

NOTA
Se sono presenti i dati del microinfusore per insulina, il bolo standard include sia il bolo standard che quello rapido.

NOTA
È possibile accedere alle statistiche generali prodotte dai dispositivi di questo paziente anche dalla scheda espansa Grafici e rapporti.

Informazioni basale/bolo

Questa scheda visualizza il tipo di insulina (basale/bolo), l'insulina totale e l'assunzione media di insulina come valore percentuale e su un grafico a torta per i pazienti che utilizzano un microinfusore per insulina.

Consiglio bolo fornisce una raccomandazione per l'assunzione di insulina e la percentuale di accettazione di tale raccomandazione.

Poiché i valori della velocità basale sono molto diversi tra bambini e adulti, il grafico si ridimensiona automaticamente per mostrare questa velocità basale senza la necessità di regolare manualmente la scala.

Un profilo basale temporaneo consente di modificare temporaneamente la propria velocità basale per un periodo di tempo da specificare. Qui è indicata anche la modalità del microinfusore per insulina (RUN, STOP, Pausa). Per poter programmare un PBT, è necessario che il microinfusore per insulina sia in modalità "RUN".

Tipo di bolo mostra informazioni sui tipi di bolo utilizzati dal paziente (Standard, Rapido, Prolungato, Multiwave). Vengono visualizzate le percentuali e le unità di insulina giornaliere.

Microinfusore per insulina

Questo report mostra le informazioni sull'assunzione di insulina sotto forma di registro.

Le informazioni vengono visualizzate in ordine decrescente per data, unitamente a ora dell'assunzione, unità e tipo di bolo somministrato. Inoltre, è possibile visualizzare l'assunzione di bolo + insulina basale totale per ogni giorno.

Se il valore è inserito manualmente dal paziente, viene visualizzata un'icona accanto alle letture.

Impostazioni del dispositivo

Questo report contiene tutte le impostazioni dei dispositivi caricati e collegati per ciascun paziente e fornisce un'istantanea della configurazione del dispositivo.

Il sistema salva un report soltanto se rileva delle modifiche rispetto alle impostazioni dell'ultimo report caricato. Il profilo attivo è evidenziato in grigio. Per impostazione predefinita, il report visualizzato è il più recente.

- Per selezionare il dispositivo per il quale si desidera visualizzare il report, fare clic sul menu a discesa Seleziona dispositivo.

- Per visualizzare i report sulle impostazioni del dispositivo precedenti e successivi, fare clic sulle frecce accanto al calendario.

- Per passare tra le tre diverse opzioni di visualizzazione, fare clic sulle schede sul lato sinistro di questa scheda.

Basale / **Bolo** mostra tutti i profili basali, con le impostazioni precedenti raffigurate in blu, così come il profilo basale temporaneo predefinito.

Generale fornisce ulteriori impostazioni per l'erogazione di insulina e per il misuratore di glicemia.

Promemoria visualizza un record di tutti i promemoria che sono stati impostati sul dispositivo specificato

- Per accedere a dettagli e opzioni aggiuntivi, fare clic sulla doppia freccia in alto a destra di questa scheda per espanderla. La vista espansa mostra le modifiche apportate alle impostazioni del dispositivo rispetto all'ultimo report, unitamente alle informazioni correnti.

- Per visualizzare i valori precedenti, selezionare il pulsante di attivazione/disattivazione che si trova sul lato destro di questa scheda. Questi valori sono evidenziati in blu.

Gestione delle strisce reattive - Consegna a domicilio

Panoramica

Questa scheda consente di spedire le strisce reattive a casa del paziente tramite un programma di consegna automatica.

È possibile controllare quando e quante strisce reattive inviare al paziente in base al piano terapeutico personalizzato.

Per organizzare la consegna delle strisce reattive di questo paziente, fare clic su Configurazione della consegna.

Per monitorare lo stato della consegna delle strisce reattive, fare clic su Stato della consegna.

Configurazione della consegna

Qui è possibile configurare la consegna delle strisce reattive di questo paziente.

1. In Programma di consegne selezionare uno dei programmi nel menu a discesa. Le strisce reattive associate a questo programma vengono aggiunte automaticamente alla casella Strisce reattive incluse.

2. In Scorte iniziali immettere le scorte iniziali fornite al paziente.

3. Nella casella % perdite/Abbuono per avaria, immettere la percentuale tollerata di strisce reattive perse e/o danneggiate.

4. In Giorni tra spedizioni, inserire l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento attuale e la prima spedizione.

NOTA
Quando si apportano modifiche al Programma di consegne, i valori di questa sezione tornano su zero.

NOTA
Giorni tra spedizioni è applicabile solo alla prima spedizione. La data delle spedizioni successive sarà calcolata automaticamente, in base al consumo di strisce reattive, per assicurare che un paziente non esaurisca le scorte.

Stato della consegna

Qui è possibile monitorare lo stato della consegna delle strisce reattive di questo paziente: Attiva, Sospesa o Bloccata.

È possibile impostare lo stato su Attiva e su Sospesa e modificare la data di consegna.

È necessario caricare i dati per:

- Visualizzare i risultati.

- Sbloccare una consegna.

- Visualizzare le consegne imminenti.

Gestione delle strisce reattive - Ritiro in ambulatorio

Panoramica

Questa scheda mostra i dettagli sul quadro generale delle strisce reattive. Queste informazioni si basano sulla routine di test stabilita, che viene definita da un professionista sanitario.

Viene utilizzato un sistema a semaforo per ogni stato, con riferimento al numero di strisce reattive che un paziente ha utilizzato in un periodo temporale specifico.

Verde: è possibile raccogliere nuove strisce reattive. Il paziente ha consumato tra l'81 e il 100 % delle strisce reattive a sua disposizione.

Arancione: è possibile raccogliere nuove strisce reattive. Il paziente ha consumato tra l'70 e il 80 % delle strisce reattive a sua disposizione.

Rosso: non è possibile raccogliere le strisce reattive. Il paziente:

- Ha consumato meno del 70 % delle strisce reattive prescritte.

- Ha consumato più del 100 % delle strisce reattive prescritte.

- Soffre di diabete gestazionale e i valori non rientrano nell'intervallo della data presunta del parto.

- Ha superato una o più delle soglie stabilite e questo ha attivato un allarme.

Grigio: non sono disponibili dati per calcolare il quadro generale per il periodo di tempo corrente. Il motivo potrebbe essere un caricamento in sospeso, non eseguito ma scaduto, oppure una consegna appena effettuata.

Fare clic su Aggiorna quadro generale, direttamente da questa scheda, per visualizzare il quadro generale corrente basato sul caricamento di dati più recente.

Se lo stato è verde o arancione, fare clic su "Gestisci consegna" e decidere:

- Per accettare l'importo consigliato, fare clic su "Conferma consegna".

- Per modificare la quantità consigliata, aggiungere o rimuovere i flaconi di strisce reattive e indicarne il motivo nella casella dei commenti. Quindi fare clic su Conferma consegna.

Dalla vista estesa della scheda Ritiro in ambulatorio, è possibile gestire la consegna delle strisce reattive di questo paziente, creare linee guida e allarmi.

Utilizzare le schede presenti nella parte superiore della scheda per passare da un'opzione all'altra.

NOTA
Le percentuali indicate sono valori predefiniti di Roche e potrebbero differire da quelle del proprio centro medico.

Consegna delle strisce reattive

La scheda "Consegna delle strisce reattive" contiene informazioni di alto livello sulla linea guida attiva e dettagli sulla consegna delle strisce reattive e sul relativo stato. Queste informazioni si basano sulla routine di test stabilita, che viene definita da un professionista sanitario.

Viene utilizzato un sistema a semaforo per ogni stato, con riferimento al numero di strisce reattive che un paziente ha utilizzato in un periodo temporale specifico. Per maggiori dettagli, consultare la sezione "Panoramica".

Consegna strisce reattive

Per sapere quante strisce reattive consegnare, fare clic su Aggiorna quadro generale. Se lo stato è verde o arancione, fare clic su "Gestisci consegna" e decidere:

- Per accettare l'importo consigliato, fare clic su "Conferma consegna".

- Per modificare la quantità consigliata, aggiungere o rimuovere i flaconi di strisce reattive e indicarne il motivo nella casella dei commenti. Quindi fare clic su Conferma consegna.

Modifica forzata dello stato

Per cambiare lo stato di un paziente da rosso a verde o viceversa:

1- Fare clic su Aggiorna quadro generale.

2- Fare clic sul cerchio colorato nella sezione Forza quadro generale della schermata.

3- Fare clic su Forza quadro generale.

Cronologia consegne

Per visualizzare la cronologia della gestione e del consumo delle strisce reattive, fare clic su Cronologia consegne nella sezione Dettagli dello stato.

Segnala strisce reattive perse o danneggiate

Per segnalare che un paziente ha perso o danneggiato le strisce reattive e per ricalcolare le scorte totali del paziente:

1- Fare clic su Aggiorna quadro generale.

2- Nella sezione “Segnala strisce reattive perse o danneggiate”, immettere la quantità o fare clic su +.

3- Fare clic su Aggiorna scorte. La consegna successiva verrà aggiornata di conseguenza.

Consegna strisce aggiuntive

Se il paziente richiede la consegna manuale di altre strisce reattive:

1- Fare clic su Aggiorna quadro generale.

2- Inserire la quantità di flaconi di strisce reattive aggiuntivi che sono stati consegnati.

3- Includere il motivo nel riquadro dedicato ai commenti.

4- Fare clic su Consegna strisce reattive.

Linea guida

Nella scheda Linea guida è possibile creare una linea guida clinica per il paziente selezionato.

In questo modo è possibile monitorare la relazione tra la routine di test stabilita e la richiesta di strisce reattive. In base al tipo di diabete selezionato nel menu a discesa Terapia del paziente, tutti gli altri menu a discesa includono una serie di opzioni tra cui scegliere, come tipo di terapia, periodo della terapia, frequenza di consegna e quantità da consegnare.

Il menu a discesa Guida clinica contiene due opzioni:

- Guide preimpostate per guide cliniche predefinite.

- Guide personalizzate per guide cliniche create dal medico o altri professionisti del centro sanitario.

Guide cliniche personalizzate

È possibile creare guide cliniche personalizzate per il paziente selezionato o visualizzare le guide cliniche create in precedenza. Queste possono essere applicate ad altri pazienti.

Per creare nuova guida clinica personalizzata:

1- Espandere la scheda Ritiro in ambulatorio, quindi fare clic su Linea guida sotto la barra Profilo del paziente.

2- Fare clic su Opzioni per la guida clinica personalizzata.

3- Assegnare un nome alla nuova guida clinica personalizzata. Effettuare quindi le selezioni dalle opzioni dei menu a discesa.

4- Fare clic su Salva la guida clinica personalizzata.

La cronologia delle guide cliniche personalizzate che si trova in basso nella scheda visualizza fino a cinque guide che sono state create in precedenza dal medico o da altri professionisti dello stesso centro.

È possibile ordinare questo elenco dalla sezione Ordina per che si trova sulla destra.

- Per visualizzare le proprie guide e quelle create da altri professionisti, fare clic su Tutte.

- Per visualizzare solo le proprie guide, fare clic su Personali.

- Fare clic sulla freccia blu del menu a discesa per visualizzare maggiori informazioni su ogni guida clinica.

- Per rimuovere una guida già creata, fare clic su Rimuovi in basso a destra. Non è possibile rimuovere le guide create dagli altri professionisti.

Creare una linea guida provvisoria

Nella scheda Linea guida è possibile creare una linea guida provvisoria per il paziente selezionato.

La linea guida provvisoria può essere visualizzata e creata dalla sezione presente nella parte inferiore della scheda.

> **NOTA**
> Le linee guida temporanee sono necessarie durante la gravidanza e dopo un intervento chirurgico.

Allarmi

La scheda Allarmi consente di impostare gli avvisi per questo paziente. Il sistema cambierà i semafori del paziente quando i valori del paziente non rientrano nei parametri consentiti o quando questi allarmi vengono attivati.

Un report visualizza tre soglie (Ipoglicemia, Iperglicemia e Soglia inferiore) sotto tre intervalli ideali (Prima del pasto, Dopo il pasto e Ora di coricarsi)

Queste soglie sono stabilite in precedenza per gli intervalli glicemici ideali del paziente.

Per impostare un allarme:

1- Utilizzare l’interruttore On/Off presente in Configurazioni degli allarmi.

2- Fare clic sui pulsanti + e – per selezionare quando ricevere gli allarmi.

3- Fare clic su Salva nella parte inferiore della schermata.

Pattern

Panoramica

Questa funzione consente di visualizzare senza difficoltà i dati sulla glicemia automonitorati dei pazienti per individuare i pattern.

Serve a richiamare l'attenzione su aspetti che potrebbero richiedere un intervento o a riconoscere andamenti positivi.

I 21 diversi pattern sono organizzati in 5 gruppi predefiniti e possono essere visualizzati sotto forma di grafico dell'andamento o di registro.

Viene applicato un codice colore per ogni pattern e gruppo per indicare se i parametri sono stati rispettati e se è stato attivato o meno un pattern.

Verde: nessun pattern attivato

Rosso: pattern attivato

Grigio: dati insufficienti per attivare un pattern

NOTA
I pattern sono impostati individualmente per ogni paziente e possono essere diversi da paziente a paziente nel sistema. Non sempre è necessario configurare i pattern per tutti i pazienti.

NOTA
Per poter visualizzare i risultati, è necessario caricare i dati dal dispositivo di un paziente.

Configurazione iniziale

Se è la prima volta che si accede a Pattern per il paziente selezionato, l'utente viene indirizzato alla schermata Configurazione pattern.

1. Fare clic sul menu a discesa Opzioni profilo e selezionare una delle opzioni. Il profilo selezionato determina le impostazioni predefinite del pattern.

- Per accettare le impostazioni predefinite, scorrere verso il basso e fare clic su Salva. L'utente viene indirizzato a Vista pattern.

Per personalizzare le impostazioni per i diversi modelli, completare i seguenti passaggi.

1. Fare clic sul menu a discesa Periodi di calcolo e selezionare una delle opzioni.

2. Se il paziente utilizza un microinfusore per insulina, fare clic sul menu a discesa Sostituzione cartuccia e selezionare una delle opzioni. Le unità di misura sono preimpostate in base al Paese.

3. Per personalizzare il Numero minimo di test necessari, fare clic all'interno delle caselle di immissione e digitare un nuovo valore.

4. Per personalizzare gli intervalli glicemici ideali, fare clic sui menu a discesa per Soglia dell'iperglicemia per correzione erronea dell'ipoglicemia e/o Soglia dell'ipoglicemia per correzione erronea dell'iperglicemia e selezionare una delle opzioni.

5. Per attivare o disattivare un gruppo di pattern, utilizzare l'interruttore On/Off accanto a ciascun gruppo sul lato sinistro della schermata. In questo modo i risultati non vengono visualizzati nel grafico dei pattern e nel registro, ma le impostazioni rimarranno salvate all'interno del sistema.

6. Per attivare o disattivare uno qualsiasi dei singoli pattern, selezionare prima il gruppo di pattern e poi azionare l'interruttore On/Off accanto a ogni pattern, sulla destra della schermata.

7. Per configurare i singoli pattern, fare clic all'interno delle caselle di immissione e digitare un nuovo valore.

8. Al termine, fare clic su Salva.

NOTA
È possibile tornare a Configura impostazioni in qualsiasi momento per apportare modifiche o tornare alle impostazioni predefinite.

Definire i pattern dopo la configurazione

Dopo avere configurato il pattern per il paziente, è possibile regolare in qualsiasi momento i valori che attivano un pattern dalla scheda Pattern del paziente selezionato.

Configurazione rapida

1. Nella tabella selezionare una delle schede orizzontali dei 5 gruppi di pattern in modo da visualizzare i pattern inclusi in quel gruppo.

2. Fare clic sull'icona Impostazioni accanto al pattern che si desidera configurare. Comparirà una finestra pop-up.

3. Fare clic all'interno delle caselle di immissione e digitare un nuovo valore. In caso di superamento del valore minimo o massimo, comparirà un messaggio.

4. Fare clic su Salva.

Per tornare alle impostazioni predefinite per il pattern selezionato, fare clic sull'icona delle impostazioni posta accanto al pattern e poi su Ripristina le impostazioni predefinite.

Le modifiche saranno applicate a tutte le misure esistenti e future.

Configurazione standard da Configurazione pattern

Per una configurazione più dettagliata e per abilitare e/o disabilitare i pattern, fare clic su VAI A CONFIGURAZIONE DEI PATTERN. L'utente verrà indirizzato alla schermata Configurazione pattern. Vedere la voce di menu Prima configurazione per istruzioni complete.

Questa schermata consente comunque di tornare alle impostazioni predefinite in qualsiasi momento. Scorrere e fare clic su Ripristina le impostazioni predefinite.

Visualizza pattern

Completata la configurazione dei pattern per un paziente, un riepilogo dello stato del pattern del paziente viene visualizzato in una tabella nella parte superiore della schermata.

Viene applicato un codice colore per ogni pattern e gruppo per indicare se i parametri sono stati rispettati e se è stato attivato o meno un pattern.

Verde: nessun pattern attivato

Rosso: pattern attivato

Grigio: dati insufficienti per attivare un pattern

Confronta periodi di tempo

Questa vista supporta il confronto del quadro generale del pattern in intervalli diversi.

- Per visualizzare il quadro generale del pattern del paziente in una tabella comparativa, fare clic sulla scheda Confronta periodi di tempo nella sezione in alto a sinistra.

- Per visualizzare i pattern in intervalli settimanali, mensili o trimestrali, fare clic sul menu a discesa dell'icona del calendario e selezionare le opzioni desiderate.

- Per visualizzare tutti i pattern associati in ciascun gruppo, fare clic sull'elenco a discesa alla fine della riga.

Grafico dell'andamento

Nella sezione inferiore della schermata, è possibile visualizzare i pattern su un grafico dell'andamento.

Le misurazioni che attivano i pattern abilitati sono evidenziate con cerchi colorati sul grafico. Lampeggiano tre volte prima di diventare cerchi statici.

- Per visualizzare informazioni dettagliate su una misurazione, passare con il mouse su un punto del grafico.

- Per semplificare l'interpretazione del grafico, fare clic su Legenda in alto a destra nel grafico.

- Per filtrare le informazioni visualizzate nel grafico, fare clic sull'elenco a discesa IPOGLICEMIA e IPERGLICEMIA e deselezionare le caselle di controllo corrispondenti.

Registro

Il registro mostra una tabella cronologica suddivisa in colonne, che rappresentano i pattern in diversi periodi temporali: prima del pasto, dopo il pasto, colazione, pranzo, cena, ora di coricarsi e notte.

- Per semplificare l'interpretazione del registro, fare clic su Legenda in alto a destra nel registro.

- Per visualizzare informazioni dettagliate su un pattern attivato, passare con il mouse sui valori colorati.

- Per filtrare le informazioni visualizzate nel registro, fare clic sull'elenco a discesa IPOGLICEMIA e IPERGLICEMIA e deselezionare le caselle di controllo corrispondenti.

NOTA
Per poter calcolare i risultati è richiesto un numero minimo di misurazioni. Questo può essere modificato nella sezione Seleziona criteri del pattern della configurazione Pattern.

Ambulatory Glucose Profile

Converte tutte le letture provenienti dal CGM in un grafico riepilogativo del profilo glicemico su 24 ore per visualizzare il tempo che il paziente trascorre entro l'intervallo, al di sopra dell'intervallo e al di sotto dell'intervallo ideale. Il report si basa su almeno sette giorni di dati CGM.

- Linee verdi: intervallo ideale

- Linea nera: mediana di tutte le letture

- Ombreggiatura blu chiaro: rappresenta il 5-95% di tutti i valori glicemici

- Ombreggiatura blu scuro: rappresenta il 50% di tutti i valori glicemici

- I valori glicemici inferiori al 5% o superiori al 95% di tutti i valori non sono rappresentati nel grafico

---

Per semplificare l'interpretazione del grafico, fare clic su Legenda in alto a destra in questa scheda.

Profili glicemici giornalieri

Questa scheda visualizza i grafici in miniatura per i singoli giorni nel periodo temporale selezionato, fino a un massimo di 28 giorni.

Per facilitare l'identificazione immediata di potenziali problemi, il codice colore evidenzia tempi e durata di ipoglicemia e iperglicemia.

Per accedere a informazioni dettagliate con dati contestuali di un giorno specifico, fare clic sulla miniatura da espandere.

NOTA
Per poter visualizzare queste informazioni, devono essere disponibili almeno 24 ore di dati CGM con un minimo del 70% di tempo attivo.

Profili glicemici giornalieri - Vista espansa

Panoramica

Questa scheda visualizza le informazioni CGM per il giorno selezionato.

Per passare da un giorno all'altro e alle informazioni corrispondenti, fare clic su qualsiasi miniatura nella sequenza in alto nella schermata.

Per spostarsi indietro o in avanti nel periodo temporale selezionato, fare clic sulle frecce ai lati. Per cambiare il periodo temporale, comprimere la scheda ed effettuare la sezione dal calendario.

NOTA
Per poter visualizzare queste informazioni, deve essere disponibile almeno il 70% di tempo attivo CGM.

Profili glicemici giornalieri

Questo grafico è suddiviso in quattro sezioni:

Valori glicemici

Il grafico visualizza un punto per ogni lettura della glicemia registrata nelle 24 ore. Ogni punto viene rappresentato con colori diversificati in base allo standard del report AGP.

Carboidrati

I numeri rappresentano i carboidrati consumati durante una finestra di tempo di 1 ora, dove ogni assunzione è riportata in una riga diversa.

A destra nel grafico è disponibile un riepilogo dell'assunzione giornaliera totale di carboidrati.

Insulina

Ogni linea rappresenta la quantità di insulina (unità) erogata:

Rosso: insulina del bolo

Blu: insulina basale

Nero: altra insulina

A destra nel grafico è disponibile un riepilogo dell'insulina giornaliera totale erogata.

Velocità basale

Questa sezione mostra le informazioni sulla velocità basale con le azioni del microinfusore (Attivo, Inattivo, Pausa) e i profili basali temporanei (aumenti e diminuzioni).

- Per visualizzare informazioni dettagliate su una misurazione, passare con il mouse sugli elementi del grafico.

- Per semplificare l'interpretazione del grafico, fare clic su Legenda in alto a destra in questa scheda.

NOTA
Per poter visualizzare queste informazioni, deve essere disponibile almeno il 70% di tempo attivo CGM.

Dati contestuali

Intervalli di tempo

Visualizza la percentuale di tempo che il paziente ha trascorso in ciascun intervallo durante il giorno selezionato.

Glicemia media

Visualizza il valore della glicemia media giornaliera ed è rappresentato con colori diversificasti in base ai vari intervalli glicemici.

Deviazione standard

Una misurazione giornaliera delle oscillazioni nelle letture della glicemia, attorno alla media.

Coefficiente di variazione

Normalizza la deviazione standard rispetto alla media (deviazione standard giornaliera divisa per glicemia media giornaliera, moltiplicata per 100 per ottenere il valore percentuale) durante il giorno selezionato.

NOTA
Per poter visualizzare queste informazioni, deve essere disponibile almeno il 70% di tempo attivo CGM.

Statistiche CGM

Questa scheda visualizza le statistiche CGM per il periodo temporale selezionato, fino a un massimo di 28 giorni:

- Numero di giorni analizzato.

- Percentuale di tempo attivo (numero totale di letture registrate diviso per il numero totale di letture possibili, moltiplicato per 100 per ottenere il valore percentuale).

- Livelli di glicemia media (la somma totale dei valori di misurazione divisa per il numero totale di letture).

- Glucose Management Indicator. Il livello di HbA1c stimato basato sulla glicemia media ottenuta dalle letture CGM.

NOTA
Per poter visualizzare queste informazioni, devono essere disponibili almeno 24 ore di dati CGM con un minimo del 70% di tempo attivo.

Intervalli di tempo

Questo grafico a barre con colori diversificati visualizza la percentuale di tempo che il paziente ha trascorso in ciascun intervallo.

Per modificare le soglie dell'intervallo ideale:

1. Fare clic sulla freccia accanto al nome del paziente per accedere al menu Impostazioni paziente.
2. Selezionare gli intervalli glicemici ideali.
3. Modificare CGM - Intervallo ideale singolo. Tutte le soglie possono essere modificate.

NOTA
Per poter visualizzare queste informazioni, devono essere disponibili almeno 24 ore di dati CGM con un minimo del 70% di tempo attivo.

Variabilità

Coefficiente di variazione

Normalizza la deviazione standard rispetto alla media (deviazione standard giornaliera divisa per glicemia media, moltiplicata per 100 per ottenere il valore percentuale).

Deviazione standard

È una misurazione delle oscillazioni nelle letture della glicemia, attorno alla media.

Barra laterale

Panoramica

La barra laterale include strumenti che possono migliorare ulteriormente la comunicazione tra professionisti sanitari e pazienti.

Dalla barra laterale è possibile:

- Creare note e commenti.
- Visualizzare note, commenti e rapporti sulla cura del paziente in Monitoraggio del tempo.
- Esportare note e rapporti sulla cura del paziente in Monitoraggio del tempo.
- Effettuare consulti video.

NOTA
Alcune funzioni sono opzionali e vengono visualizzate solo se disponibili nel proprio paese e abilitate presso il proprio centro.

Cura del paziente

Creazione di una nota

È possibile creare una nota relativa a un paziente in uno dei due modi seguenti:

Da questa barra laterale:

1. Fare clic sull'icona delle note nella parte superiore della barra laterale per espanderla.
2. Fare clic su Crea nota e digitare la nota nella casella di testo. Per condividere la nota con il paziente, selezionare la casella di controllo.
3. Fare clic su Salva.

Da Gestione dei pazienti:

1. Fare clic su Crea nota dalla riga Informazioni sul paziente; si aprirà una finestra popup.
2. Digitare la nota nella casella di testo. Per condividere la nota con il paziente, selezionare la casella di controllo.
3. Fare clic su Salva.

Aggiungi un commento

Per commentare una nota esistente:

1. Fare clic su Commenti sotto la nota.
2. Fare clic su Aggiungi un commento sotto la nota pertinente.
3. Digitare il commento nella casella di testo.
4. Fare clic su Pubblica.

Visualizzazione di note, commenti e report

Per visualizzare le note e i commenti salvati, fare clic sull'icona delle note nella barra laterale. Se vi sono note o commenti non letti, sull'icona delle note viene visualizzato un badge blu.

Viene visualizzata un'etichetta "Condivisa con il paziente" se la nota è stata condivisa. Un tag sotto la data indica se si tratta di una nota o di un report.

Se presso il proprio centro è abilitata la funzione Monitoraggio del tempo, nella barra laterale viene visualizzato un riepilogo delle attività di assistenza al paziente, con il tag Report. È possibile esportare i report impiegando la stessa procedura utilizzata per le note. Vedere la sezione Operazioni iniziali per ulteriori informazioni sulla funzione Monitoraggio del tempo in Cura del paziente.

Esportazione di note in formato PDF

È possibile esportare una nota relativa a un paziente per aggiungerla alla cartella clinica del paziente:

1. Selezionare un paziente per aprire Vista paziente.
2. Fare clic sull'icona delle note per espandere la barra laterale.
3. Fare clic sull'icona Esporta in PDF situata sul lato destro della nota per esportare e scaricare il documento.

NOTA

Tutti i professionisti sanitari associati a un paziente possono visualizzare i commenti. Quando si condividono note e commenti con i propri pazienti, questi possono aggiungere i propri commenti dal Portale del paziente. Anche i pazienti che partecipano al programma Condivisione dati possono eseguire queste operazioni dall'app mySugr®.

NOTA

Alcune funzioni sono opzionali e vengono visualizzate solo se disponibili nel proprio paese e abilitate presso il proprio centro.

Consulto video

I consulti video permettono di comunicare con i pazienti e risparmiare tempo nelle visite di persona.

Per avviare un consulto video:

1. Fare clic sull'icona del video nella barra laterale per espanderla.
2. Fare clic su Invia invito per inviare al paziente un link di invito tramite e-mail e/o SMS. Questo link scade dopo 5 minuti.
3. Fai clic su Partecipa ora per aprire l'anteprima video e la schermata delle impostazioni.
4. Se necessario, controllare le impostazioni della videocamera, del microfono e dell'altoparlante, quindi fare clic su Inizio.

Durante il consulto video:

- Per disattivare l'audio o il video, fare clic sulle icone corrispondenti nella parte superiore della finestra del video.

- Per rimpicciolire la finestra del video, fare clic sulla doppia freccia situata in alto a destra. Ora è possibile interagire con i dati visualizzati sullo schermo mentre si dialoga con il paziente.

- Per ingrandire la finestra, fare clic sull'icona dello schermo nella parte superiore destra della finestra rimpicciolita. È inoltre possibile trascinare la finestra del video in un'area diversa dello schermo.

- Per scrivere una nota durante la consultazione, fare clic sull'icona delle note nella barra laterale, digitare la nota e fare clic su Salva.

- Per chiudere la barra laterale, fare clic sulla X in alto a destra.

- Per terminare il consulto video, fare clic sull'icona di riaggancio.

NOTA

Se si decide di annullare prima che il consulto video inizi, il paziente riceverà una notifica via e-mail e il link di invito scadrà automaticamente. Se il paziente abbandona la videochiamata, sarà in grado di ricollegarsi utilizzando lo stesso link, a condizione che il medico curante non abbia terminato la chiamata.

NOTA

Alcune funzioni sono opzionali e vengono visualizzate solo se disponibili nel proprio paese e abilitate presso il proprio centro.

Scorte

Per aggiungere nuove scorte:

1. Scegliere una data di consegna delle scorte (l'impostazione predefinita è la data odierna), selezionare il modello del dispositivo dal menu a discesa e specificare il numero di contenitori di strisce reattive e il numero di strisce reattive ricevute.

2. Fare clic su Aggiungi nuove scorte. Se le scorte sono state aggiunte correttamente, verrà visualizzato un messaggio di conferma con un segno di spunta al centro.

3. Se non è stato possibile aggiungere nuove scorte, comparirà un messaggio informativo con un punto esclamativo rosso.

Periodi temporali

I periodi temporali vengono visualizzati nei registri utilizzati in tutta la piattaforma.

Per personalizzare i quattro periodi temporali per il paziente:

1. Trascinare i cerchietti nel cursore interattivo oppure selezionare i valori dagli elenchi a discesa.

2. Fare clic su Salva per applicare le modifiche.

Intervallo glicemico ideale

In questa schermata sono riportati gli intervalli glicemici ideali definiti per questo paziente.

BGM e pattern

I tre grafici a barre visualizzati al centro della schermata rappresentano gli intervalli ideali predefiniti prima del pasto, dopo il pasto e all'ora di coricarsi per BGM e Pattern.

Quando si apportano modifiche alla soglia dell'ipoglicemia nell'intervallo prima del pasto, le soglia dell'ipoglicemia per dopo il pasto e ora di coricarsi si allineano di conseguenza, dato che la soglia dell'ipoglicemia deve rimanere invariata per tutto il giorno.

Per modificare le soglie:

1. Fare clic all'interno di qualsiasi campo da modificare.

2. Fare clic su Salva.

CGM

Il grafico a barre visualizzato sul lato destro della schermata rappresenta l'intervallo CGM ideale.

Per modificare le soglie:

1. Fare clic all'interno di qualsiasi campo da modificare.

2. Fare clic su Salva

Per ripristinare gli intervalli ideali predefiniti, fare clic su Ripristina impostazioni.

Intervalli glicemici ideali predefiniti

In questa schermata sono riportati gli intervalli glicemici ideali definiti per questo paziente.

BGM e pattern

I tre grafici a barre visualizzati al centro della schermata rappresentano gli intervalli ideali predefiniti prima del pasto, dopo il pasto e all'ora di coricarsi per BGM e Pattern.

Quando si apportano modifiche alla soglia dell'ipoglicemia nell'intervallo prima del pasto, le soglia dell'ipoglicemia per dopo il pasto e ora di coricarsi si allineano di conseguenza, dato che la soglia dell'ipoglicemia deve rimanere invariata per tutto il giorno.

Per modificare le soglie:

1. Fare clic all'interno di qualsiasi campo da modificare.

2. Fare clic su Salva.

CGM

Il grafico a barre visualizzato sul lato destro della schermata rappresenta l'intervallo CGM ideale.

Per modificare le soglie:

1. Fare clic all'interno di qualsiasi campo da modificare.

2. Fare clic su Salva.

NOTA
Le modifiche saranno applicate solo ai nuovi pazienti creati nel sistema e non avranno quindi effetto sui pazienti esistenti.

Telemonitoraggio del paziente

Panoramica

Questa funzione migliora la comunicazione tra operatori sanitari e pazienti al fine di promuovere la gestione del diabete a distanza.

È possibile monitorare i pazienti iscritti al programma di telemonitoraggio in maniera rapida, ma anche nel dettaglio, ed è anche possibile visualizzare il grado di compliance dei pazienti al programma stesso.

Il programma di telemonitoraggio consente inoltre di creare note e commenti, di condividerli con un paziente (se lo si desidera) e di esportare le note in PDF.

Per accedere a Note e Commenti, aprire la barra laterale blu in Vista paziente.

NOTA
Questa funzione opzionale viene visualizzata solo se disponibile nel proprio paese e abilitata presso il proprio centro

Impostazioni programma

Le impostazioni del programma di telemonitoraggio sono configurate sui valori predefiniti. Solo gli utenti con il ruolo Medico Specialista che dispongono delle autorizzazioni necessarie alla gestione del programma di telemonitoraggio possono apportare modifiche alle impostazioni del programma stesso. Queste autorizzazioni sono assegnate dall'amministratore Roche.

Impostazioni predefinite

Tutti i pazienti iscritti al programma di telemonitoraggio del centro avranno le stesse impostazioni.

Impostazioni predefinite	Francia	Resto del mondo
Nome del programma	ÉTAPES	Telemonitoraggio del paziente
Durata del programma	Illimitata	30 giorni
Grado di aderenza del paziente	N/D	Quando sono trascorse 48 ore senza che siano stati caricati dati, viene inviato al paziente un promemoria via e-mail. Il medico riceve una notifica quando qualche paziente non rispetta i requisiti del programma.
Tag RPM	N/D	Il tag RPM (telemonitoraggio) cambia colore se il paziente non effettua alcun

caricamento di dati per 4 giorni su 7.

Impostazioni configurabili

Gli utenti con un ruolo Medico Specialista possono modificare le seguenti impostazioni per il proprio centro:

- Nome del programma

- Durata del programma

- Grado di aderenza del paziente

Per modificare le impostazioni:

1. Fare clic sull'icona del menu Azioni dalla barra di spostamento e selezionare Impostazioni programma di telemonitoraggio.

2. Fare clic all'interno della casella di input che si desidera modificare.

3. Fare clic su Salva.

NOTA
Le impostazioni del programma non sono configurabili per ÉTAPES.

L'applicazione delle modifiche apportate alle Impostazioni di compliance al programma può richiedere fino a 24 ore.

Inserimento di un paziente

È possibile iscrivere un paziente in uno dei tre modi seguenti:

- Dalla schermata Crea nuovo paziente, selezionare la casella di controllo per il programma RPM.

- Da Gestione dei pazienti, fare clic sulla freccia alla fine della riga Informazioni sul paziente per il paziente che si desidera inserire nel programma di telemonitoraggio e fare clic su Inserisci paziente.

- Da Vista paziente, selezionare Modifica paziente nel menu Impostazioni paziente.

Unità di misura

È possibile selezionare la modalità di visualizzazione dell'unità di misura in tutta la piattaforma RocheDiabetes Care Platform (mmol/L o mg/dL).

Per impostazione predefinita, si visualizzano i dati con l'unità di misura standard adottata da ciascun paese. Per modificare l'impostazione:

1. 1) Modificare la selezione dall'elenco a discesa dell'unità.

2. Fare clic su Salva.

NOTA
Questa modifica influirà solo sulla modalità di visualizzazione dei dati all'interno della piattaforma.

NOTA
Se è richiesto un fattore di conversione, la formula da calcolare è la seguente:
mmol/L da mg/dL: mg/dL ÷ 18,02
mg/dL da mmol/L: 18,02 × mmol/L

Carica dati - Applicazione web

Dispositivi compatibili

Questo è l'elenco dei dispositivi compatibili per Device Link v1.1

NOME DISPOSITIVO	TIPO DISPOSITIVO	ISTRUZIONI DI COMUNICAZIONE
Accu -Chek Active	BGM	Spegnere lo strumento, premere M finché PC non appare sullo schermo dello strumento.
Accu-Chek Aviva Connect	BGM	Spegnere lo strumento, tenere premuti i pulsanti indietro e OK. Selezionare Trasferimento dati, quindi inserire l'estremità piccola del cavo USB nella porta USB dello strumento e l'estremità grande nella porta USB.
Accu-Chek Aviva Insight	BGM, IP, BC	Spegnere lo strumento e inserire l'estremità piccola del cavo USB nella porta USB sul misuratore e l'estremità grande nella porta USB.
Guida Accu-Chek	BGM	Spegnere lo strumento e inserire l'estremità piccola del cavo USB nella porta USB dello strumento e l'estremità grande nella porta USB.
Guidami Accu-Chek	BGM	Spegnere lo strumento e inserire l'estremità piccola del cavo USB nella porta USB del metro e l'estremità grande nella porta USB.
Accu-Chek Insight	BGM, IP, BC	BGM: spegni lo strumento e collega l'estremità piccola del cavo USB alla la porta USB sul misuratore e l'estremità grande nella porta USB. ---- IP: Se si utilizza il microinfusore, è necessario prima associarlo a uno strumento Accu-Chek Aviva Insight o Performa Insight e seguire le istruzioni della musica di sottofondo:
Accu-Chek Instant	BGM	Inserire l'estremità piccola del cavo USB nella porta USB dello strumento e l'estremità grande nella porta USB. Se lo strumento è spento, si accenderà quando sarà collegato al computer.
Avanzamento istantaneo Accu-Chek	BGM	Collegare l'estremità piccola del cavo USB alla porta USB sullo strumento e quella grande estremità nella porta USB. Se lo strumento è spento, si accenderà quando sarà collegato al computer.
Accu-Chek Instant S	BGM	Collegare l'estremità piccola del cavo USB alla porta USB sullo strumento e quella grande estremità nella porta USB. Se lo strumento è spento, si accenderà quando sarà collegato al computer.
Accu-Chek Mobile	BGM	Con lo strumento spento, tieni premuti contemporaneamente i due pulsanti freccia sullo strumento finché il misuratore non si accende. Seleziona Trasferimento dati.
Accu-Chek Performa Connect	BGM	Spegnere lo strumento, tenere premuti i pulsanti Indietro e OK. Selezionare Trasferimento dati, quindi inserire l'estremità piccola del cavo USB nella porta USB dello strumento e l'estremità grande nella porta USB.
Accu-Chek Performa Insight	BGM, IP, BC	Spegnere lo strumento e inserire l'estremità piccola del cavo USB nella porta USB sul misuratore e l'estremità grande nella porta USB.

NOME DISPOSITIVO	TIPO DISPOSITIVO	ISTRUZIONI DI COMUNICAZIONE
Accu-Chek SoloM	IP	BGM: Collegare l'estremità più piccola del cavo USB alla porta USB dello strumento. Passare al menu principale e selezionare l'icona USB. ---- IP: Se si utilizza il microinfusore, è necessario prima associarlo a uno strumento Accu-Chek Aviva Insight o Accu-Chek Performa Insight , e segui le istruzioni della musica di sottofondo:

BGM = misuratore di glicemia

IP = Pompa per insulina

BC = Calcolatore del bolo

Requisiti di sistema

Per prestazioni ottimali, consigliamo vivamente di utilizzare i browser Web Chrome, Edge, Firefox o Safari. Non possiamo garantire l'accesso a tutte le funzionalità dell'applicazione, quando si utilizzano altri browser, come Internet Explorer.

È necessario che sia installato Windows 10 o versioni successive.

Il plug-in non è compatibile con Device Link per macOS.

Devi disporre dei diritti amministrativi sul tuo computer per installare Device Link per la prima volta e per qualsiasi aggiornamento che includa modifiche al driver .

Risoluzione dei problemi

Se non è installata l'ultima versione del software Device Link, è necessario sospendere i caricamenti automatici da Accu-Chek Connection Manager prima di poter caricare correttamente i dati.

1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Accu-Chek Connection Manager dalla barra delle applicazioni.
2. Fai clic su Pausa.
3. Viene visualizzata una finestra di notifica. Fare clic su OK.

Quindi, riavvia il processo di caricamento.

Contatta l'assistenza clienti